



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 165/2011

Anexo - I

Lote 0001 - AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA 12

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA 12 LITROS ESPECIFICAÇÕES: Com câmara de esterilização em aço inoxidável, com operação fácil e automática. Que permita a seleção de diferentes tempos de ciclo. Com desligamento automático ao final do ciclo e eficiente secagem do material. Com opção de ciclos extras de secagem. Com controle termodinâmico de temperatura e pressão automático. Com sistema de tampa dupla em aço e inox laminados para oferecer maior resistência e segurança. Com gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e inteiramente. Com a guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência. Com capacidade 12 litros, peso líquido aproximado de 19 kg., dimensões internas da câmara (diâmetro x comprimento) aproximadas 250 x 250 mm., dimensões externas da autoclave (altura x largura x comprimento) aproximadas 380 x 450 x 450 mm.. Potência 800 W.. Pressão de trabalho 1 kpa = 1 kgf / cm². Temperatura padrão O.M. S até 121°C. Com dispositivo de segurança 04. Tensão 127 ou 220 V.. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas em alumínio (02). Com registro na ANVISA."

Lote 0002 - MOCHO ODONTOLÓGICO:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	9	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO:- COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS E DESCIDA COM O PESO DO USUÁRIO, ASSENTO ANATÔMICO, ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE COM 05 RODÍZIOS, ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO. GARANTIA 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO, COR CINZA.

Lote 0003 - SELADORA,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	19	UN	SELADORA, PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO; COM CONTROLE DE PULSO (PARA MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPO; ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO) DE ATÉ 30 CM; BIVOLT (110V – 220V); COM FITA DE MATERIAL ISOLANTE SOBRESSALENTE, COM 2 UNIDADES EXTRA; COM RESISTÊNCIA SOBRESSALENTE, COM 2 UNIDADES EXTRA E COM FUSÍVEL, COM 02 UNIDADES EXTRA; GARANTIA DE 01 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.

Observação

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS:

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 05 dias úteis, nos termos do item 5.1.6 do Edital;
- 5) Local de entrega: na Secretaria de Saúde, sito Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/nº - Centro - Birigui/SP;
- 6) Condições de Pagamento: até 10 dias úteis, nos termos do item 11.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: 12 meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial