



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo - I

Lote 0001 - CUBA RIN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	30	UN	CUBA RIN

Lote 0002 - TESOURA ÍRIS RETA 10,5CM- PROFISSIONAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	30	UN	TESOURA ÍRIS RETA 10,5CM- PROFISSIONAL

Lote 0003 - PORTA AGULHA DERFI 12CM -PROFISSIONAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	5	UN	PORTA AGULHA DERFI 12CM -PROFISSIONAL

Lote 0004 - PORTA AGULHA TIPO MAYO HEGAR 16CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	30	UN	PORTA AGULHA TIPO MAYO HEGAR 16CM

Lote 0005 - PINÇA TIPO KOCHER RETA 16CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	100	UN	PINÇA TIPO KOCHER RETA 16CM

Lote 0006 - PINÇA DENTE DE RATO HOSPITALAR EM INOX 16 CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	50	UN	PINÇA DENTE DE RATO HOSPITALAR EM INOX 16 CM

Lote 0007 - PINÇA ALLIS RETA Nº24

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	20	UN	PINÇA ALLIS RETA Nº24

Lote 0008 - CUBA REDONDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	30	UN	CUBA REDONDA

Lote 0009 - PINÇA KELLY CURVA 14CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	50	UN	PINÇA KELLY CURVA 14CM

Lote 0010 - PINÇA KELLY RETA 14CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	50	UN	PINÇA KELLY RETA 14CM

Lote 0011 - PINÇA MAGIL 20CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	50	UN	PINÇA MAGIL 20CM

Lote 0012 - BANDEJA INOX 20CMX30CM COM 4CM ALT.

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	30	UN	BANDEJA INOX 20CMX30CM COM 4CM ALT.

Lote 0013 - PINÇA POZZI 24CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	20	UN	PINÇA POZZI 24CM

Lote 0014 - PINÇA ALLINS RETA 15CM



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	6	UN	PINÇA ALLINS RETA 15CM
Lote 0015 - PINÇA BACKHAUS 08CM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	6	UN	PINÇA BACKHAUS 08CM
Lote 0016 - PINÇA BACKHAUS 13CM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	6	UN	PINÇA BACKHAUS 13CM
Lote 0017 - VIDRO DE ASPIRADOR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	10	UN	VIDRO DE ASPIRADOR
Lote 0018 - PINÇA P/VASECTOMIA 02 GANCHOS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	5	UN	PINÇA P/VASECTOMIA 02 GANCHOS
Lote 0019 - CABO P/ BISTURI EM INOX Nº 3			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	10	UN	CABO P/ BISTURI EM INOX Nº 3
Lote 0020 - TENTACANULA HOSPITALAR 15 CM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	15	UN	TENTACANULA HOSPITALAR 15 CM
Lote 0021 - FOCO DE LUZ CLÍNICO:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	15	UN	FOCO DE LUZ CLÍNICO: - Corpo em metal, pintura epoxi-pó, lâmpada halógena 12V x 20W (Vida Longa) haste flexível cromada com regulagem de altura, base com rodízio deslizante, alimentação: Bi-Volt 110/220V.
Lote 0022 - DIVÃ CLINICO , COM SUPERFÍCIE ESTOFADA E REVESTIDA EM CURVIM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	20	UN	DIVÃ CLINICO , COM SUPERFÍCIE ESTOFADA E REVESTIDA EM CURVIM MED. 0,64X1,85X0,80
Lote 0023 - LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO RECARTEILHADO, TAMP			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	10	UN	LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO RECARTEILHADO, TAMPA COM ROSCA E MOLA EM AÇO INOX. LAMPÂDAS DE ALTA LUMINOSIDADE. COM CINCO LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX , FACE FOSCA PARA IMPEDIR REFLEXÃO DE LUZ, DE 0 A 5
Lote 0024 - MACA HOSPITALAR PARA OBESO, ESPECIFICAÇÕES:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	2	UN	MACA HOSPITALAR PARA OBESO, ESPECIFICAÇÕES: LEITO: confeccionado em chapa de aço carbonado de 1,20mm, estruturado com tubo de aço carbono de 25x25x1,50mm, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e para-choque para proteção de parede. CARRO:confeccionado em tubo de aço carbono de 1/4 x 1,50mm e travessas em tubo de aço e carbono de 1" x 1,50mm. GRADES LATERAIS: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1" x 1,20 e travessa em tubo de aço inoxidável de 3/4 x 1,20mm. RODÍZIOS GIRATÓRIOS: de 8", sendo 2 com freios em diagonal. ACESSÓRIOS: suporte de soro em aço inoxidável, suporte para cilindro de oxigênio, colchonete em espuma de 10cm, d 33 em courvim. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. DIMENSÕES: 1,90 x 0,80 x 0,80 (CxLxA), capacidade 300kg, peso 45kg.
Lote 0025 - POLTRONA RECLINÁVEL P/COLETA DE SANGUE, ESPECIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	12	UN	POLTRONA RECLINÁVEL P/COLETA DE SANGUE, ESPECIFICAÇÕES: Leito em tubos quadrados (25 x 25 mm), base em tubo redondo de 32 mm. Encosto reclinável qualquer posição, acionado através de amortecedor a gás. Estofamento em espuma densidade 26, não deformável, com revestimento em courvim. Concha em poliuretano para coleta de sangue acoplada. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: Posição normal (P-100/L-0,70/A-046). Posição reclinada (P-1,56/L-0,70/A-046).

Lote 0026 - CARRO TRANSPORTE DE BANDEJA, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	2	UN	CARRO TRANSPORTE DE BANDEJA, ESPECIFICAÇÕES: totalmente pintado na cor branco. Estrutura tubular Ø 1"x1,20 mm, 3 prateleiras em chapa de 1,00 mm com varanda em toda volta em tubo Ø 1/2"x1,20 mm, proteção de borracha em toda a volta do carro e rodas de 5" sendo 2 fixas e 2 giratórias - Dimensões: 0,90x0,60x1,00 m

Lote 0027 - ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	10	UN	ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES: totalmente pintada na cor branca, com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, piso em chapa de ferro n°18 (1,20 mm) e pés com ponteiros - Dimensões: 0,40x0,40x0,40 m - Altura do 1º piso: 0,18 m / 2º piso: 0,38 m

Lote 0028 - BIOMBO DE 3 CORPOS, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	4	UN	BIOMBO DE 3 CORPOS, ESPECIFICAÇÕES: pintado na cor branco. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm e pés com rodízios de 2". Acompanha tecido em percal encorpado - Dimensões: 1,73x1,85 m

Lote 0029 - SUPORTE PARA SORO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	15	UN	SUPORTE PARA SORO, ESPECIFICAÇÕES: com rodízios e altura regulável base pintada na cor branco e haste cromada. Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm, tubo de regulagem em tubo Ø 7/8"x1,20 mm e haste em tubo Ø 5/8"x1,20 mm cromada com 4 ganchos - Altura Mínima: 1,50 m / Máxima: 2,00 m

Lote 0030 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	15	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0031 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	15	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira infantil padrão (12 a 17 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0032 - ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	30	UN	ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho para uso de ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. Completo com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Aparelho de uso médico para consulta adulto e pediátrico e produzido com materiais nobres. Inclui: 01 par de olivas rosqueável dura, 01 par de olivas rosqueável macia, 01 par de olivas



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo - I

rosqueável silicone, 02 pares de membranas de plásticos rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil e adulto), câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone bauricular de cobre cromado, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande e auscultador. Com garantia de 01 ano a partir da data de entrega.

Lote 0033 - OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	10	UN	OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES: Iluminação halogena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante. Fibra óptica para transmissão de luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental. Lente de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. Cabo metálico, acabamento liso, na cor preta, com 02 (duas) pilhas alcalinas AA. Estojo contendo 04 (quatro) unidades de espéculos auriculares reusáveis c/ superfícies lisas, desinfetável por todos os designn fetantes tradicionais,e em autoclave de vapor ate os 134C.. Forma ana- tomicamente adequada, permite uma inserção atraumatica e livre de sensações desagradáveis. 4 diâmetros 2,4/3/4 e 5mm na cor preta.

Lote 0034 - LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	10	UN	LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇÕES: Lanterna clinica com lampada de LED premium super brilhante com alta resistência que não possua vidro nem filamentos para maior duração das baterias, pois consomem menos energia, excelente iluminação para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada que não aqueça e iluminação de 06 (seis) lúmens. Corpo de metal na cor prata de alta resistência com clips de segurança de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensões aproximadas: comprimento 14,5 cm – diâmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clinica e 02 pilhas AAA alcalinas.

Lote 0035 - CADEIRA DE RODAS, CAPACIDADE 150KG, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	10	UN	CADEIRA DE RODAS, CAPACIDADE 150KG, ESPECIFICAÇÕES: Cadeira de rodas indicada para transporte e locomoção de usuários com peso até 150 kg. Estrutura 100% em aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. Dobrável em "X" duplo, com barra de sustentação. Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 05 cm em poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, removível, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixo reforçados, com rolamentos e pneus maciços. Rodas dianteiras de 06" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Acompanha suporte para soro, suporte para cilindro de oxigênio e porta prontuario no encosto. Medidas aproximadas aberta para uso: largura do assento (52 cm), largura externa (74 cm), comprimento (105 cm), peso (21 kg). Medidas aproximadas fechada para transporte: comprimento (105 cm), largura (40 cm), altura (95 cm). Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0036 - BRAÇADEIRA P/COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	10	UN	BRAÇADEIRA P/COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO, ESPECIFICAÇÕES:Construída sobre tripé de ferro fundido esmaltado na cor branca, altura regulável através de mandril, de fácil acionamento, concha em aço inoxidável polido, para injeções I.V. ou coleta de sangue.

Lote 0037 - BALANÇA DIGITAL INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	2	UN	BALANÇA DIGITAL INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES: Capacidade de 5 kg/5g medindo aproximadamente 342 x 114 x 358 (L x A x P). Tara subtrativa de 7,5 kg. Teclas de zero e tara com chaves tateis. Botão tara que permita descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores e etc. Alem de calcular o peso antes e depois da amamentação. Prato medindo aproximadamente 580 x 108 x 300 (L x A x P) em forma de concha que garanta maior segurança e conforto a criança e que seja higienizavel e atoxico. Com display que forneça uma excelente visibilidade em LEDS. Na cor branca.

Lote 0038 - SUPORTE PARA ACONDICIONAR COLETOR PERFURO CONTANTE, ESPECIFI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	15	UN	SUPORTE PARA ACONDICIONAR COLETOR PERFURO CONTANTE, ESPECIFICAÇÕES: 13 litros cromado. Com tratamento anti-ferruginoso. Acompanha buchas e parafusos para fixação em paredes.

Lote 0039 - MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	5	UN	MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: Dimensões 0,68 x 0,47 x 0,85 cm. Estrutura em tubo redondo de inox de 1" x 1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em aço inox



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo - I

medindo 0,48 x 0,32 cm. Pés com Rodízios. Altura máxima de 1,20 m.

Lote 0040 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	15	UN	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL, ESPECIFICAÇÕES: Fonte de alimentação externa de 110 Vac à 220 Vac 60 Hz com saída de 17Vdc 3%. Bateria interna recarregável com uma autonomia de funcionamento mínima de 90 horas à plena carga. Peso aproximado de 500 gramas sem fonte de alimentação. Dimensões aproximadas (A X L X P) 163 x 95 x 63mm. SpO2 faixa de medição 0-100% SpO2 funcional (incrementos de 1%). Precisão adulto: 2% de 70-100% SpO2 – não definido para valores abaixo de 70%. Precisão neonatal: 3% de 70-100% SpO2 – não definido para valores abaixo de 70%. Média de 08 batimentos. PULSO – faixa de medição: 30 – 254 BPM (incrementos de 1%). Precisão: +/- 2 BPM ou +/- 2%, o que for maior. Média: 08 segundos. Display de cristal líquido de alto contraste para facilitar a visualização e que permite maior durabilidade da bateria, mensagens em português. Apresenta simultaneamente tecla liga/desliga, tecla função para configurações de alarmes, ajuste do display e parâmetros. Alarmes visual e sonoro para alta e baixa SpO2 e desconexão de sensor. Display com indicação de bateria fraca. Qualidade do sinal de 0-5 e gráfico de barras de 0-10. Com registro no M.S. ANVISA. Acompanha sensor de oximetria adulto, sensor de oximetria infantil, sensor de oximetria recém-nato e bolsa para transporte com suporte para cinto. Garantia mínima de 12 meses contados a partir da data de recebimento.

Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: 05 dias úteis, nos termos do item 5.2.1 do Edital;
- 5) Local de entrega: no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, sito a Praça Gumercindo de Paiva Castro s/nº - Centro - Birigui-sp.;
- 6) Condições de Pagamento: 15 dias úteis, nos termos do item 13.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente.

BIRIGUI

-SP, ____ de _____ de _____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial