



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

### ANEXO I

#### DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

**1.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A NECESSIDADE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO – SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E II – TERMO DE REFERÊNCIA, conforme especificações do anexo I.**

**1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.**

#### 2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	<b>EXCLUSIVO - LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICAÇÕES:</b> Lanterna clinica com lampada de LED premium super brilhante com alta resistência que não possua vidro nem filamentos para maior duração das baterias, pois consomem menos energia, excelente iluminação para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada que não aqueça e iluminação de 06 (seis) lúmens. Corpo de metal na cor prata de alta resistência com clips de segurança de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensões aproximadas: comprimento 14,5 cm – diâmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clinica e 02 pilhas AAA alcalinas.	400 UN	R\$93,26	R\$37.304,00
02	<b>EXCLUSIVO - ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES:</b> Aparelho para uso de ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. Completo com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Aparelho de uso médico para consulta adulto e pediátrico e produzido com materiais nobres. Inclui: 01 par de olivas rosqueável dura, 01 par de olivas rosqueável macia, 01 par de olivas rosqueável silicone, 02 pares de membranas de plásticos rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil e adulto), câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande e auscultador. Com garantia de 01 ano a partir da data de entrega.	400 UN	R\$98,23	R\$39.292,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

03	<b>COTA PRINCIPAL</b> - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.	150 UN	R\$682,66	R\$102.399,00
04	<b>COTA RESERVADA</b> - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.	50 UN	R\$682,66	R\$34.133,50
05	<b>EXCLUSIVO</b> - OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA, ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO: halogena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante. FIBRA ÓPTICA: para transmissão de luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental. LENTE: de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. CABO: metálico, acabamento liso, na cor preta, fonte de	75 UN	R\$742,33	R\$55.674,75



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	energia 02(duas) pilhas “AA”; ESPÉCULO AURICULAR: 04 (quatro) unidades nas medidas de 2,5mm; 3mm; 4mm e 5mm na cor preta, todos com superfície lisa, reutilizáveis, que possibilite a limpeza pelos desinfetantes tradicionais e que possa ser levado a autoclave a vapor em temperatura de até 134°C sem danificar o produto; FORMA: anatomicamente adequada, permite uma inserção que não cause trauma e livre de sensações desagradáveis para o paciente. ESTOJO: O rígido com espuma interna que tenha internamente as divisórias para acomodar o otoscópio e os espelhos em seus respectivos lugares. GARANTIA: mínimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.			
06	<b>COTA PRINCIPAL - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO)</b> ESPECIFICAÇÕES: aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com registro na anvisa e tecnologia durashock, face do visor gravado a laser para maior precisão, manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do inmetro e rotação de 360º para facilitar a leitura, leve e com ausência de látex. braçadeira adulto padrão (32 a 43cm – diâmetro do braço) tecido em algodão com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do inmetro, atendendo as normas e padrões da a.a.m.i. (america association of medical instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração, certificado de calibração inmetro. garantia de calibração por 05 (cinco) anos. garantia de 01 (um) ano para a pera de insuflação e válvula. garantia de 02 (dois) anos para a braçadeira de duas peças, acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. embalagem contendo 01 unidade.	150 UN	R\$801,66	R\$120.249,00
07	<b>COTA RESERVADA - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO)</b> ESPECIFICAÇÕES: aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com registro na anvisa e tecnologia durashock, face do visor gravado a laser para maior precisão, manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do inmetro e rotação de 360º para facilitar a leitura, leve e com ausência de látex. braçadeira adulto padrão (32 a 43cm – diâmetro do braço) tecido em algodão com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do inmetro, atendendo as normas e padrões da a.a.m.i. (america association of medical instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração, certificado de calibração inmetro. garantia de calibração por 05 (cinco) anos. garantia de 01 (um) ano para a pera de insuflação e válvula. garantia de 02 (dois) anos para a braçadeira de duas peças, acompanha 01 bolsa para acondi-	50 UN	R\$801,66	R\$40.083,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	cionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. embalagem contendo 01 unidade.			
08	<b>EXCLUSIVO-</b> APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBESO, sendo 100% de algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de metal para proporcionar maior praticidade e facilidade no manuseio, produto com qualificação de controle de qualidade e aferido pelo inmetro, possuir selo de verificação inicial, acompanhar bolsa em poliéster exclusiva para armazenar. especificações técnicas; braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão, (32 a 43 cm – diâmetro do braço) flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de metal, manguito fabricado em pvc, com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmhg, divisão de escala 2 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria no produto em forma de lacre e certificado individual que acompanha o produto, pera insufladora fabricado totalmente em pvc, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, possuir embalagem individual.	100 UN	R\$305,66	R\$30.566,00
Valor Total da Proposta:				R\$459.701,25

**OBSERVAÇÃO: OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS SÃO ESTIMADOS, E PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL, DEVERÁ SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.**

**\* Valores de referência. Para fins da apresentação da proposta final, deverão ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.**

Serão desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seus valores unitários do Item;

Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificação do item ofertado;

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequíveis;

Não contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteração na marca inicial ofertada;

Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.