



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

1.OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (9.000, 12.000, 18.000, 36.000 E 60.000) E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (DETECTOR FETAL DIGITAL E FOCO CLÍNICO DE LED COM ESPELHO) PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01 E 02 – SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDDE.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU'S, TENSÃO 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	03 UN	R\$ 4.084,09	R\$ 12.252,27
02	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 9.000 BTUS - CONTROLE REMOTO SEM FIO - 220V - CICLO FRIO	03 UN	R\$ 1.871,67	R\$ 5.615,01
03	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTU's, TENSÃO 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	14 UN	R\$ 2.699,88	R\$ 37.798,32
04	AR CONDICIONADO SPLIT; 36.000 BTU/s; PISO/TETO; AR FRIO; 220V, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Modelo: Piso/ Teto; Ciclo: Ar Frio; Capacidade Nominal/Refrigeração: 36.000 BTU/s Tensão: 220v; Frequência: 60hz; Fase: Bifásico ou Monofásico; Vazão de ar mínima: 1300m³/H Controle Remoto total sem fio, com display de LCD; Controle de velocidade de ventilação; Filtro de ar (Removível e Lavável); Direcionador de ar vertical e horizontal automático e/ou manual; Reinício Automático; Auto Diagnóstico; Timer; Função Sleep; Cor: Branca Composto pelos acessórios: Suporte para evaporadora, suporte para	01 UN	R\$ 7.221,53	R\$ 7.221,53



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	condensadora e interligação de cobre, isolante e fios. Garantia mínima de 02 anos para equipamento e compressor;			
05	AR CONDICIONADO 60.000 BTUs, SPLIT HI WALL, 220V, CICLO FRIO C/CONTROLE REMOTO	02 UN	R\$ 14.286,00	R\$ 28.572,00
06	DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICAÇÕES: Detector fetal digital modelo de mesa indicado para ausculta dos batimentos cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além de auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação. Classe de enquadramento (ANVISA); Classe II – médio risco. Frequência de rede de alimentação 50/60 Hz. Frequência do ultra-som 2,25 Mhz \pm 10%. Faixa de medida do BCF 50 – 210 batimentos por minuto. Tensão de alimentação (Volts) 127/220 VAC \pm 10%. Tipo de corrente AC (alternada). Numero de fases Bifasico. Seletor de tensão operação: chave seletora manual. Proteção contra choque elétrico equipamento tipo B – Classe I. Proteção contra penetração nociva de água. Gabinete: Caixa metálica blindada com pintura eletrostática. Potencia máxima de consumo (VA) 8,9 (VA). Fusíveis 100mA/250V. Peso liquido aproximado de 2,7 kg. Peso bruto aproximado 3,5 kg. Acompanha transdutor BCF e fone de ouvido. Embalado em caixa de papelão.	02 UN	R\$ 1.205,00	R\$ 2.410,00
07	FOCO CLÍNICO DE LED COM ESPELHO Especificações Técnicas Espelho plano com área espelhada de 8,5 x 7 cm: permite ao paciente participar da visualização. (Acessório Opcional) Cabeçote: aloja o Led, a fonte eletrônica e o cabo de alimentação. Haste telescópica flexível: permite movimentação e aplicação do foco de luz em várias direções. Base com rodízios: permite o deslocamento do equipamento com maior estabilidade. Tensão de Alimentação: 115 a 230 V~(Bivolt) Corrente: 250 mA Potência Máxima de Entrada: 14VA Frequencia: 50 / 60 Hz Fusíveis: F0,25AL / 250 V Ajuste de Altura: 110cm até 160cm Especificações do Led LED Dicroico: 12 V / 3 W Fluxo Luminoso: 80 a 100 lumens Ângulo: 15° Vida útil 15.000 horas Temperatura de cor: 5000-6000 K Equipamentos Elétricos sob Regime de Vigilância Sanitária	02 UN	R\$ 480,28	R\$ 960,56
Valor Total da Proposta			R\$ 94.829,69	

OBSERVAÇÃO: OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS SÃO ESTIMADOS, E PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL, DEVERÁ SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.

*** Valores de referência. Para fins da apresentação da proposta final, deverão ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.**



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Serão desclassificadas as propostas que:

Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas neste Edital.

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seus valores unitários do Item;

Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificação do item ofertado;

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequíveis;

Não contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteração na marca inicial ofertada;

Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.