



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 164/2019

Anexo - I

Lote Principal - 0001 - TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	37500	CX	TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR – COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL SEM CALIBRAGEM; COM ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA POR CAPILARIDADE, PARA MAIOR FACILIDADE NA APLICAÇÃO DA MESMA NA TIRA, EVITANDO O CONTATO/CONTAMINAÇÃO DO APARELHO COM SANGUE E O ACUMULO DE RESÍDUOS NO MESMO; COM VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE ATÉ NO MÁXIMO 1 MICROLITRO; QUE ELIMINE SUBSTÂNCIAS INTERFERENTES; COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600 MG/DL, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS EM NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS; FUNCIONAMENTO POR MÉTODO/SISTEMA BIOSENSOR/AMPEROMÉTRICO OU MÉTODO FOTOMÉTRICO; COM SISTEMA DE MENSAGEM DE ERRO INDICANDO PROBLEMA COM A TIRA REAGENTE E/OU QUANTIDADE INSUFICIENTE DE SANGUE. CAIXA CONTENDO 02 (DOIS) TUBOS COM 25 UNIDADES CADA OU CAIXA CONTENDO 01(UM) TUBO CONTENDO 50 UNIDADES CADA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, nº do lote, nº do registro no Ministério da Saúde E DEVE CUMPRIR A NORMA ISO 15197 2013.

Lote Reservado - 0002 - TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	12500	CX	TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR – COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL SEM CALIBRAGEM; COM ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA POR CAPILARIDADE, PARA MAIOR FACILIDADE NA APLICAÇÃO DA MESMA NA TIRA, EVITANDO O CONTATO/CONTAMINAÇÃO DO APARELHO COM SANGUE E O ACUMULO DE RESÍDUOS NO MESMO; COM VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE ATÉ NO MÁXIMO 1 MICROLITRO; QUE ELIMINE SUBSTÂNCIAS INTERFERENTES; COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600 MG/DL, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS EM NO MÁXIMO 05 SEGUNDOS; FUNCIONAMENTO POR MÉTODO/SISTEMA BIOSENSOR/AMPEROMÉTRICO OU MÉTODO FOTOMÉTRICO; COM SISTEMA DE MENSAGEM DE ERRO INDICANDO PROBLEMA COM A TIRA REAGENTE E/OU QUANTIDADE INSUFICIENTE DE SANGUE. CAIXA CONTENDO 02 (DOIS) TUBOS COM 25 UNIDADES CADA OU CAIXA CONTENDO 01(UM) TUBO CONTENDO 50 UNIDADES CADA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, nº do lote, nº do registro no Ministério da Saúde E DEVE CUMPRIR A NORMA ISO 15197 2013.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- Número do Edital, do Pregão e Objeto do Pregão;
- Indicação de MARCA, MODELO e NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I. Caso o produto seja isento do referido registro na ANVISA, deverá constar na proposta a redação ISENTA.
- A proposta deverá vir acompanhada da Ficha Técnica de cada produto / material ofertado, sendo facultado ao pregoeiro a realização de diligência para aferir a veracidade das informações apresentadas.
- Preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 164/2019

Anexo - I

f) Dados Bancários da Licitante.

g) Observar Cláusula 7.15 do Edital.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
