



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 186/2018

Anexo - I

Lote 0001 - GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE- Descrição Completa: -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT -GARANTIA : 12 MESES -CARGA MÁXIMA (KG) 180 -ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIA -REGISTRO ANVISA IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA -ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA E ELEVAÇÃO DE PACIENTES, COM CAPACIDADE ATÉ 180 KG -CESTO DE TRANSFERÊNCIA FEITO COM MATERIAL RESISTENTE, CONFORTÁVEL E LAVÁVEL. -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CARGA ÚTIL DE SEGURANÇA: 180 COM RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110-220V

Lote 0002 - APARELHO COM SISTEMA DE VISUALIZA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	4	UN	APARELHO COM SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO DE VEIA: Descrição Completa -PORTÁTIL -COM IMAGEM EM QUALIDADE HD -PROJEÇÃO EM TEMPO REAL DIRETAMENTE NA SUPERFICIAL DA PELE -PROFUNDIDADE DE VISUALIZAÇÃO -CABO USB -FONTE DE ENERGIA BATERIA E TOMADA -BRAÇOS FLEXÍVEIS -ADPTADOR BIVOLT -CARREGADOR DE BATERIA -POSSUI NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ -GARANTIA DE 1 ANO -ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Lote 0003 - SENSOR DE CAPNOGRAFIA: Descrição Co

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	2	UN	SENSOR DE CAPNOGRAFIA: Descrição Completa -SENSOR DE CO2 MAINSTREAM SENSOR DE CAPNOGRAFIA (CO2) PARA VENTILADOR MECÂNICO - COM RESOLUÇÃO :1 MM HG O / 0,1 VOL.% O / 0,1 KPA, E FAIXA DE MEDIÇÃO CO2; DE 0 A 100 MM HG / DE 0 A 13,3 VOL./ DE 0 A 13,3 KPA -TEMPO DE INICIALIZAÇÃO MÁX. 3 MINUTOS -PRESSÃO DE CO2 :DE 0 A 40 MM HG ± 2 MM HG / DE 0 A 100 MM HG ± 5% HG -ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR : - PESO DO SENSOR: 30 G -MEDIDAS: 60 MM (AL) x 30 MM (AN) x 25 MM (F) -TAMANHO DO CABO: DE 2,25 M A 2,50 M -CONDIÇÃO AMBIENTE DURANTE A INICIALIZAÇÃO -TEMPERATURA: DE 15 A 40° C (6871500): -PRESSÃO ATMOSFÉRICA: DE 670 A 1.200 HPA -UMIDADE : DE 10% AL 100 % (SEM CONDENSAÇÃO) -MATERIAL DO SENSOR DE CO2 / CABO POLIURETANO -MATERIAL DO SENSOR DE CO2 / CABO POLISULFONA / POLIURETANO -SENSORES PARA ADULTO E PEDIÁTRICO

Lote 0004 - LARINGOSCÓPIO COM VISUALIZAÇÃO EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	4	UN	LARINGOSCÓPIO COM VISUALIZAÇÃO EM LED: Descrição Completa -LARINGOSCÓPIO PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL DE ROTINA - LARINGOSCOPIO VIDEO RENTÁVEL , LEVE COM LÂMINAS CANALIZADAS DESCARTÁVEIS E NÃO CANALIZADAS E REUTILIZÁVEL DE EXIBIÇÃO DE VIDEO, INTERGRADA OLED. É UM LARINGOSCÓPIO VIDEO PORTÁTIL COM UM ECRÃ DURÁVEL COM UMA LÂMINA DESCARTÁVEL, FUNCIONA COM DISPLAY DIGITAL REUTILIZÁVEL , COM PORTA DE SAÍDA DE VIDEO E LED --INDICADOR DE STATUS DA BATERIA, UM ADPTADOR DE VIDEO REUTILIZÁVEL; -O DISPOSITIVO LEVE E FUNCIONA COM BATERIA E PODE USAR UMA LÂMINA DESCARTÁVEL CANALIZADA OU PADRÃO PARA INTUBAÇÃO GUIAS OU PADRÃO. - INCLUI UM DISPLAY DIGITAL REUTILIZÁVEL COM PORTA DE SAÍDA DE VÍDEO E LED INDICADOR DE STATUS DA BATERIA, UMA ADAPTADOR DE VÍDEO REUTILIZÁVEL, QUATRO CANALIZADAS ABLEDES DESCARTÁVEL TAMANHO 3 DOIS DE TAMANHO ABLEDES PADRÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INFORMAÇÕES USBMEMORY STICK INCLUÍDO E CHEIOS DE PEÇAS E GARANTIAS.

Lote 0005 - ELETROCARDIÓGRAFO : Descrição Compl

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	1	UN	ELETROCARDIÓGRAFO : Descrição Completa



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 186/2018

Anexo - I

- TECLAS DE ATALHO PARA OPERAÇÃO.
- IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM TIPO CARTA (NÃO TERMO-SENSÍVEL) E CANETA COMUM.
- CAPACIDADE DE SALVAR ATÉ 100 EXAMES EM MEMÓRIA INTERNA.
- COMUNICAÇÃO EXTERNA VIA USB E ETHERNET (OPCIONAL).
- IMPRESSÃO DE 12 DERIVAÇÕES EM UMA ÚNICA PÁGINA FORMATO CARTA.
- IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE MARCAPASSO.
- PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.
- CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, COMPLETAMENTE ISOLADO E SEPARADO DO RESTANTE DO APARELHO.
- MODOS AUTOMÁTICO E RITMO.
- DISPLAY COLORIDO DE 4,3" DE TECNOLOGIA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN)
- POSSIBILITANDO:
 - A PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO EXAME.
 - CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E INTUITIVA.
 - VISUALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DE ELETRODOS.
 - INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE (NOME, ID, SEXO, IDADE, PESO E ALTURA).
 - EXIBIÇÃO E IMPRESSÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA.
 - IDENTIFICAÇÃO DO EXAME

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- b) - número do Edital e do Pregão;
- c) Descrição precisa do objeto da presente licitação, quantidade, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;
- e) NÚMERO DO PRODUTO NA ANVISA, SALVO ISENÇÃO, QUANDO DEVERÁ VIR DESCRITO QUE É ISENTO.
- f) AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR FICHA TÉCNICA PARA CADA PRODUTO/MATERIAL OFERTADO.