



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 63/2014

## Anexo - I

### Lote 0001 - TIRA REAGENTE (FITA) PARA DETERMINA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	26000	CX	TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR – com leitura em monitor portátil de fácil calibragem; com absorção da amostra sanguínea por sucção, para maior facilidade na aplicação da mesma na tira, evitando o contato/contaminação do aparelho com sangue e o acúmulo de resíduos no mesmo; com volume de amostra sanguínea de até no máximo 1 microlitro; que elimine substâncias interferentes; com sensibilidade na faixa de 20 a 600 mg/dl, fornecendo resultados precisos em no máximo 08 segundos; funcionamento por método/sistema BIOSENSOR/AMPEROMÉTRICO ou método FOTOMÉTRICO; com sistema de mensagem de erro indicando problema com a tira reagente e/ou quantidade insuficiente de sangue. Caixa contendo 02 (dois) tubos com 25 unidades cada ou caixa contendo 01 (um) tubo contendo 50 unidades cada; na embalagem deverá constar externamente dados de identificação e procedência, data de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério da Saúde.

### Lote 0002 - PROTETOR SOLAR FPS 30 EMBALAGEM E

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	600	FR	PROTETOR SOLAR FPS 30 EMBALAGEM ECONÔMICA 200 ML ESPECIFICAÇÕES: Protetor solar FPS 30 ultra resistente à água, que garanta no mínimo 2 horas de proteção à prova d'água e ao suor com proteção imediata após a aplicação e que mantenha o mesmo nível de alta proteção contra queimaduras solares e eficácia contra os raios UVA e UVB durante todo o tempo de utilização do produto até mesmo dentro d'água, com textura Leve (Oil Free) que deixe a pele respirar, que contenha Vitamina E para hidratar a pele e que seja indicado também para pele sensível. Embalagem econômica frasco de 200 ml..

### Lote 0003 - Seringa para aplicação de insulina de uso úni

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	300000	UN	Seringa para aplicação de insulina de uso único com escala graduada de 01 em 01 unidade, agulha fixa de 08 mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro (30G - 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina. Com dispositivo de segurança de retração automática. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.

### Lote 0004 - SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	100000	UN	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DE USO ÚNICO COM ESCALA GRADUADA DE 01 EM 01 UNIDADE, AGULHA FIXA DE 08 MM DE COMPRIMENTO POR 0,30 MM DE DIÂMETRO (30G - 5/16"), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.

#### Observação

- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a)- identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c) - identificação completa do objeto, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, fixo e irrevogável, expresso em moeda corrente nacional, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;

e) O prazo de entrega dos objetos, deverá ser no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o pedido efetuado pela Secretaria de Saúde;

f) poderá ser prorrogado o prazo de entrega por igual período, se, antes da expiração, o fornecedor



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 63/2014

## Anexo - I

comprovar alguma das circunstâncias do Art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8666/93, ou se a Autorização de Fornecimento demandar quantitativo superior à previsão mensal;

g) Local de entrega: no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, sito à Praça Gumercindo de Paiva Castro s/nº – Centro, Birigui/SP, conforme quantidades solicitadas e no horário das 7h30min às 11hrs e das 13horas às 16h30min;

g) Condições de pagamento, com prazo de até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo de cada parcela dos objetos e da respectiva nota fiscal eletrônica devidamente assinada pelo Secretário Requisitante;

i) Validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta;

j) Não será permitida na entrega, a substituição do produto ofertado, quer em função de outra especificação, outras marcas, etc;

k) As licitantes deverão informar claramente na proposta o numero do registro do material no Ministério da Saúde para cada cotado;

k) Para o item nº 01 do Anexo I - A licitante vencedora deveser ceder em REGIME DE DOAÇÃO à quantidade mínima de 3.000 (três mil) MONITORES DE GLICEMIA (GLICOSIMETRO), totalmente automatizados, compatíveis com as tiras, para uso até o final do estoque do produto, sem ônus para o município e o mesmo deve ser composto por monitor de glicemia, bateria, estojo para transportar, manual de instruções (EM PORTUGUÊS) e guia de bolso, deve ser compatível com a tira reagente fornecida e capacidade de armazenar no mínimo 350 testes em memória. E posteriormente conforme solicitado por este Órgão Público para a distribuição e substituição imediata, novos cadastros de pacientes, treinamento aos usuários e funcionários e assistência técnica gratuita.

l) Para o item nº 01 do Anexo I - Quanto à capacitação, a empresa deveser capacitar os profissionais da enfermagem e usuários, dar assistência técnica gratuita e instalar programa de software em língua PORTUGUESA nas UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE compatíveis com os programas Windows XP – 32 bits ou Windows 7 – 64 bits.

m) Para o item nº 03 e 04 do Anexo I- A licitante vencedora deveser cumprir as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na rua Resolução RDC nº 3 e 4 de 04/02/2011 e a Resolução RDC nº 7, 8 e 9 de 06/02/2012, que estabelece os critérios para o programa de avaliação da conformidade para as seringas hipodérmicas estéreis de uso único. Sob regime de Vigilância Sanitária – ANVISA, e aos Requisitos Gerais de Certificação de Produtos - RGCP, aprovados pela Portaria Inmetro nº 361 de 06/09/2011, visando à conformidade dos produtos em relação aos requisitos normativos.

n)O prazo de validade dos produtos deveser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega dos produtos, sendo de após a abertura da embalagem com 25 tiras o prazo de validade deveser de no mínimo 60 (sessenta) dias e para embalagens com 50 tiras o prazo de validade deveser de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

---

**Bernadete Ferrette Fávero Zen**  
Pregoeira Oficial