



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 205/2011

Anexo - I

Lote 0001 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	17160	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO P, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho PEQUENO.

Lote 0002 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	47520	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho MÉDIO.

Lote 0003 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	54120	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE.

Lote 0004 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	31680	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO EX-G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE.

Lote 0005 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	1320	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G , ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE.

Lote 0006 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	1320	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EX-G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE.

Lote 0007 - TIRA REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	22000	UN	TIRA REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR DEVERÃO TER AMOSTRA DE 01 MICROLITRO, O SANGUE NÃO PODE TER CONTATO COM O MEDIDOR, SEM CHIP, COM QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO/SISTEMA ATRAVÉS DE LEITURA AMPERIMÉTRICO, EXCETO TIRAS OU FITAS REAGENTES DE GLICOSE DESIDROGENASE COM PIRROLOQUINONA QUINONA (GDH-PQQ), CONFORME ALERTA DE TECNOLÓGIA 992 DA ANVISA – A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVE ESTAR ENTRE 20 MG/DL A 600 MG/DL. O RESULTADO DO TESTE DEVERÁ SER APRESENTADO EM ATÉ 08 SEGUNDOS APÓS A APLICAÇÃO DO SANGUE NA TIRA. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 205/2011

Anexo - I

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVE CONTER DOIS FRASCOS COM 25 TIRAS CADA. CADA TIRA REAGENTE CORRESPONDE A UMA UNIDADE.

Lote 0008 - TESOURA CIRURGICA LISTER PARA BAN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	10	UN	TESOURA CIRURGICA LISTER PARA BANDAGEM 14 CM."

Lote 0009 - CORTADOR DE ANEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	5	UN	CORTADOR DE ANEL (alicate para cortar anel) ESPECIFICAÇÕES: Cabo cromado, alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel. Com apoio para os dedos e serrilha afiada e substituível.

Lote 0010 - TESOURA UTERINA BALIU 20 CM.'

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	10	UN	TESOURA UTERINA BALIU 20 CM.'

Lote 0011 - PROTETOR SOLAR FORMATO SPRAY CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1200	UN	PROTETOR SOLAR FORMATO SPRAY CONTÍNUO FPS 30 ESPECIFICAÇÕES: Protetor solar formato spray contínuo que funcione em qualquer angulo FPS – 30 que permita alcançar os lugares mais difíceis de acesso como as costas. Com formula de proteção não oleosa, que se espalhe fácil e seja rapidamente absorvida, com fragrância exclusiva que proporcione agradável sensação de frescor no momento da aplicação e secagem imediata. Com resistência a água e ao suor por no mínimo 05 (cinco) horas, evitando-se assim a necessidade de reaplicação durante 05 (cinco) horas. Com eficácia na proteção contra os raios UVA e EVB durante todo o tempo de utilização do produto. Embalagem formato spray contínuo contendo 150ml/127g..

Lote 0012 - TESOURA ÍRIS RETA 10,5CM- PROFISSIO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	55	UN	TESOURA ÍRIS RETA 10,5CM- PROFISSIONAL

Lote 0013 - GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA-FRS PLÁSTI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	700	FR	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA-FRS PLÁSTICO C/120 GRS-PH NEUTRO

Lote 0014 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	50400	UN	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15 cm X 10 cm ESTÉRIL, ESPECIFICAÇÕES: O produto deverá vir pronto para uso já esterilizado para tratamento de feridas altamente exsudativas e à cobertura de incisões pós-operatórias. Constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por 02 (duas) mantas de algodão medicinal (hidrófilo), com envoltório de tecido de gaze 11 fios / CM2 também hidrófila, sem fios soltos. Tanto o algodão quanto a gaze deverão ser isentos de alvejantes óticos. A camada de algodão hidrófilo devera ter a função de absorver sangue e exsudatos. O papel absorvente devera redistribuir o fluxo por toda a extensão. Na cor branca. Com medidas de 15 x 10 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico contendo 01 unidade."

Lote 0015 - Espelho nasal ADULTO descartável compos

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	50	UN	Espelho nasal ADULTO descartável composto de duas valvas que se postam na extremidade de hastes articuladas que ao abrir e fechar, respectivamente afastam e aproximam as valvas, permitindo assim o exame das fossas nasais. Comprimento total de 14 cm e da valva 25,5 mm. Embalagem contendo 04 unidades.

Lote 0016 - LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	30	UN	LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇÕES: Lanterna clinica com lampada de LED premium super brilhante com alta resistência que não possua vidro nem filamentos para maior duração das baterias, pois consomem menos energia, excelente iluminação para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada que não aqueça e iluminação de 06 (seis) lúmens. Corpo de metal na cor prata de alta resistência com clips de segurança de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensões aproximadas: comprimento 14,5 cm – diâmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clinica e 02 pilhas AAA alcalinas.

Lote 0017 - ABAFADOR DE MOXA BASTÃO ALTURA A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	3	UN	ABAFADOR DE MOXA BASTÃO ALTURA APROXIMADA DE 10CM

Lote 0018 - PLACA GRANDE PARA PONTO SEMENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	3	UN	PLACA GRANDE PARA PONTO SEMENTE ESPECIFICAÇÕES: Placa Standards (12 cm X 26 cm) – 312 células/face. Superfície antiderrapante que garanta a integridade da cola do esparadrapo. Suas cavidades



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 205/2011

Anexo - I

devem acomodar sementes de até 2,1 mm e as linhas – guias tenham a profundidade ideal para proporcionar ideal para proporcionar cortes precisos com estilete. A placa ainda deve possuir uma borda de fuga demarcada para proporcionar maior comodidade, segurança e agilidade ao corte. Produzida em plástico injetável com peso de 90 g.. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0019 - LAMPARINA EM ALUMINIO PARA O ACEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

19	3	UN	LAMPARINA EM ALUMINIO PARA O ACENDIMENTO DE MOXA
----	---	----	--

Lote 0020 - LUPA MANUAL ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

20	2	UN	LUPA MANUAL ESPECIFICAÇÕES: Lupa manual com 02 lâmpadas de wood e 02 lâmpadas brancas (110/220V) de 04 watts. Com lente de 100mm, aumento visual de 03 vezes.
----	---	----	---

Lote 0021 - Apalpador com acabamento em aço inox com

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

21	3	UN	Apalpador com acabamento em aço inox com pressão progressiva usado para estimulador de pontos sistêmicos e micro-sistêmicos, comprimento 16 cm.
----	---	----	---

Lote 0022 - DIVÃ, especificações:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

22	10	UN	DIVÃ, especificações: Armação em tubos de aço redondos de 1 e 1/4 de diam. e parede de 1,2 mm. Leito em madeira estofada com espuma flexível de poliuretano (PU) de 3 cm de altura revestida por couro impermeável. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Suporte para rolo de lenço de papel com 0,70m de largura. Pés com ponteiros de PVC. Pintura eletrostática a pó-epoxi 1,90(comprimento) x 0,86(altura) x 0,90(largura).
----	----	----	---

Lote 0023 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

23	20	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.
----	----	----	--

Lote 0024 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFAN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

24	10	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira infantil padrão (12 a 17 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.
----	----	----	---

Lote 0025 - OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

25	10	UN	OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES: Iluminação halógena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante. Fibra óptica para transmissão de luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental. Lente de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. Cabo metálico, acabamento liso, na cor preta, com 02 (duas) pilhas alcalinas AA. Estojo contendo 04 (quatro) unidades de espéculos auriculares reusáveis c/ superfícies lisas, desinfetável por todos os designn fetantes tradicionais, e em autoclave de vapor ate os 134C.. Forma ana- tomicamente adequada, permite uma inserção atraumatica e livre de sensações desagradáveis. 4 diâmetros 2,4/3/4 e 5mm na cor preta.
----	----	----	---

Lote 0026 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

26	10	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação
----	----	----	---



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 205/2011

Anexo - I

do INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0027 - FLUITER- INCENTIVADOR EXPIRATÓRIO,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	1	UN	FLUITER- INCENTIVADOR EXPIRATÓRIO, especificações: É um dispositivo para auxiliar a higiene bronquica, através de vibrações oscilantes. É composto por bocal, cone e o corpo do aparelho é confeccionado em material plástico rígido. Possui esfera de alta densidade em aço inoxidável e capuz removível com perfurações superiores; produto livre de Látex, autoclavável;

Lote 0028 - THRESHOLD- TREINADOR MUSCULAR IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	1	UN	THRESHOLD- TREINADOR MUSCULAR INSPIRATÓRIO, para treinamento muscular do sistema ventilatório; Modelos para trabalhos inspiratórios, tem como acessório clip nasal e conector para aporte de O2

Lote 0029 - THRESHOLD - TREINADOR EXPIRATÓRIO,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	1	UN	THRESHOLD - TREINADOR EXPIRATÓRIO, para treinamento muscular do sistema ventilatório; possui modelo exclusivo para trabalhos expiratórios, tem como acessório clip nasal e conector para aporte de O2 - Possui válvula interna com resistência ajustável de acordo com a necessidade individual, a regulagem da resistência é feita manualmente de forma precisa através de H2O

Lote 0030 - PEAK FLOW- MEDIDOR DE PICO DE FLUX

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	1	UN	PEAK FLOW- MEDIDOR DE PICO DE FLUXO, leve, Portátil, com faixa de medida FULL(60-810L/min) com marcadores para gerenciamento da faixa de medida.

Lote 0031 - THERA PEP, aparelho para terapia PEP mel

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	1	UN	THERA PEP, aparelho para terapia PEP melhorando a desobstrução de secreções e facilitando a abertura das vias aéreas; com seis orifícios fixos para posições de graduação do esforço respiratório.

Lote 0032 - VOLDYNE, (PARA EXERCÍCIOS RESPIRAT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	1	UN	VOLDYNE, (PARA EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS)

Lote 0033 - ACAPELLA CHOICE HOSPITALAR, especific

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	1	UN	ACAPELLA CHOICE HOSPITALAR, especificações: Aparelho que combina a terapia PEP e vibratória para a mobilização Pulmonar de Secreção, permitindo o usos em qualquer posição especial, uso adulto e pediátrico. pode ser desmontado em 4 ou mais partes para limpeza e autoclave, fervura ou em máquina de lavar pratos.

Lote 0034 - KIT VENTOSA COM 17 COPOS ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	3	UN	KIT VENTOSA COM 17 COPOS ESPECIFICAÇÕES: Diâmetro interno aproximado: copo nº 01 4,5 cm; copo nº 02 3,8 cm; copo nº 03 3,5 cm; copo nº 04 3,0 cm; copo nº 05 2,3 cm.. Quantidade de copos: copo nº 01 - 13 unidades; copo nº 02 - 01 unidade; copo nº 03 - 01 unidade; copo nº 04 - 01 unidade; copo nº 05 - 01 unidade.

Lote 0035 - CRIOCAUTÉRIO DE NITROGENIO PARA A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	2	CT	CRIOCAUTÉRIO DE NITROGENIO PARA APLICAÇÃO CRIOCIRÚRGICA ESPECIFICAÇÕES: Criocautério de nitrogênio capacidade de 500 ml para aplicação controlada de spray de nitrogênio líquido que garanta segurança, versatilidade e controle para uma precisa e efetiva aplicação criocirúrgica. Gatilho com rotação para ser utilizado tanto por usuários destros como canhotos, com sistema de liberação progressiva do jato para permitir maior eficiência e menor consumo de nitrogênio. Com sistema de escape que maximize a segurança com redução gradual de pressão interna durante a abertura da tampa. Com válvula de segurança que mantenha a pressão constante para um eficaz e consistente congelamento. Com tampa e colarinho de polipropileno para proteger as mãos do usuário. Garrafa em aço inox com duplo revestimento para evitar a evaporação demasiada do nitrogênio e construção em aço inoxidável e bronze para garantir uma longa vida útil do produto. Com base resistente de polipropileno para estabilidade extra.

Lote 0036 - DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	5	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICAÇÕES: Detector fetal digital modelo de mesa indicado para



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 205/2011

Anexo - I

ausculta dos batimentos cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além de auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação. Classe de enquadramento (ANVISA); Classe II – médio risco. Frequência de rede de alimentação 50/60 Hz. Frequência do ultra-som 2,25 Mhz \pm 10%. Faixa de medida do BCF 50 – 210 batimentos por minuto. Tensão de alimentação (Volts) 127/220 VAC \pm 10%. Tipo de corrente AC (alternada). Numero de fases Bifásico. Seletor de tensão operação: chave seletora manual. Proteção contra choque elétrico equipamento tipo B – Classe I. Proteção contra penetração nociva de água. Gabinete: Caixa metálica blindada com pintura eletrostática. Potencia máxima de consumo (VA) 8,9 (VA). Fusíveis 100mA/250V. Peso liquido aproximado de 2,7 kg. Peso bruto aproximado 3,5 kg. Acompanha transdutor BCF e fone de ouvido. Embalado em caixa de papelão.

Lote 0037 - SERRA ELETRICA P/ CORTAR GESSO ES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	2	UN	SERRA ELETRICA P/ CORTAR GESSO ESPECIFICAÇÕES Serra eletrica para cortar gesso 127 volts, com peso de (1,4 kg), potência (180 Watts), rotações por minuto (1800) para maior eficiencia e segurança na remoção de gesso. Com cabo de força com comprimento de no minimo 03 metros para proporcionar ao operador a escolha do melhor ângulo de corte e total liberdade de movimentos. Com disco de serra com Ø de 50,8 mm ou 02 pol., disco de serra com Ø de 63,8 mm ou 2½ pol., disco de serra Ø de 63,8 mm ou 2½ pol. Com dentes especiais para gesso sintético, chave combinada de 12,7 mm ou ½ pol. Para troca dos discos. Potencia de 180 W, voltagem 110 ou 220 volts (60 Hz), amperagem de 1,65 A – 0,86 A, oscilação de 18.000/min.

Lote 0038 - CONTAINER CAPACIDADE 20 LITROS PAR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	1	UN	CONTAINER CAPACIDADE 20 LITROS PARA NITROGÊNIO ESPECIFICAÇÕES Botijão criogênico para armazenamento de nitrogênio liquido, capacidade para 20 litros, peso aproximado de 11,80 kg (vazio), altura aproximada de 65,2 cm., diâmetro aproximado de 36,8 cm.. Acompanha pescador. Que conserve o nitrogênio por no mínimo 110 dias (estático). Garantia de no mínimo 05 (cinco) anos.

Lote 0039 - BALANÇA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	5	UN	BALANÇA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇÕES: Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade 200 kg; divisões de 100 g Plataforma: 390 x 400 mm Altura de 1,30 m Régua Antropométrica com escala entre 1,00 e 2,00 m Tapete em borracha anti-derrapante Pés reguláveis Função TARA,possibiliadde de até 100% da capacidade Display com 5 dígitos Chave seletora de tensão 110/220 v Opcional saída com RS 232 na cor branca.

Observação

DADOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS:

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 05 dias úteis, nos termos do item 5.2 do Edital;
- 5) Local de entrega: no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/nº - Centro - Birigui/SP;
- 6) Condições de Pagamento: até 15 dias úteis, nos termos do item 13.1 do Edital;
- 7) Banco, agência, conta corrente.

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial