



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa, em relação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 068/2022, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E INSUMOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO E AMBULATÓRIOS) PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme manifestação da Secretaria de Saúde:**

Pergunta: -No descritivo do item é solicitado que a leitura seja realizada.... “ COM LEITURA BIOLÓGICA RÁPIDA, VISUAL COM MUDANÇA DE COR...” ” LEVANDO DE 03 HORAS (INICIAL) A 10 HORAS (FINAL) PARA LEITURA, APÓS INCUBADO...” E também : “...ACOMPANHA TESTE DESAFIO REUTILIZÁVEL, PARA ATÉ 200 CICLOS.” De acordo com o descritivo acima perguntamos : - Será aceito Indicador Biológico com leitura em 8 (oito) horas? Método por colorimetria (mudança de cor) ? - Favor indicar referencia do produto que acompanhe o teste desafio reutilizável, pois Indicadores Biológicos NÃO SÃO reutilizáveis

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Saúde: Sim, será aceito indicador biológico com leitura em 8 horas, método por colorimetria. Quanto ao teste desafio reutilizável, como pode ser observado no descritivo acima, o que é solicitado "reutilizável!" é a embalagem onde se coloca o teste desafio. Não podemos indicar marca de produtos. .

Permanecem inalteradas as cláusulas do Edital do Pregão Eletrônico nº 068/2.022, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E INSUMOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO E AMBULATÓRIOS) PELO PERÍODO DE 12 MESES.**

Birigui, 06 de julho de 2.022

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial