



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 010/2.016, que objetiva o **registro de preços para aquisição de materiais médicos e de enfermagem destinados a Secretaria de Saúde pelo período de 12 meses:**

Pergunta: “ COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE, HID 7,5CM X 7,5CM, ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, DIMENSÃO: 7,5CM X 7,5CM (FECHADA) E 15CM X 30CM (ABERTA). A COMPRESSA DEVERÁ SER ALVEJADA, PURIFICADA, ISENTA DE IMPUREZAS, INODORA E INSÍPIDA. CAIXA COM 400 ENVELOPES COM 10 UNIDADES CADA. FABRICADO CONFORME NBR 13843. Ocorre que tal disposição não está suficientemente clara no que diz respeito a quantidade de fios e esterilidade. Assim sendo, servimo-nos do presente expediente para solicitar que seja esclarecido, em linguagem objetiva, o que segue: qual a quantidade de fios desejada para esse produto? produto estéril? ”

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Saúde (Departamento de Enfermagem) através do Ofício nº 045/2016, a mesma solicita que sejam efetuadas as devidas alterações no edital, haja vista que a descrição do produto, conforme apresentado pela empresa, estava incorreta.

Tendo em vista a alteração da especificação de itens, bem como na formulação das propostas, fica alterado o anexo I, cláusulas e data de abertura do Pregão Presencial nº 010/2.016, que objetiva o **registro de preços para aquisição de materiais médicos e de enfermagem destinados a Secretaria de Saúde pelo período de 12 meses**, retificação essa que segue disponibilizada no site.

Birigui, 14 de março de 2.016

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial