
Fwd: ESCLARECIMENTO (EMBALAGEM) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026 EDITAL 6/2026.

1 mensagem

Pregoeiros Birigui <pregoeiros.birigui@gmail.com>

10 de março de 2026 às 08:29

Para: licitacao@a2hospitalar.com

Bom dia Prezados(as),

A Secretaria Municipal de Saúde manifestou-se, conforme e-mail abaixo.

Att

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Prefeitura de Birigui - SP

----- Forwarded message -----

De: **Igor Matheus** <secsaudepmb@hotmail.com>

Date: ter., 10 de mar. de 2026 às 08:14

Subject: RE: ESCLARECIMENTO (EMBALAGEM) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026 EDITAL 6/2026.

To: Pregoeiros Birigui <pregoeiros.birigui@gmail.com>

Após análise da ficha técnica apresentada, verificou-se que o produto possui registro na ANVISA e embalagem que garante integridade e barreira microbiana.

Assim, do ponto de vista técnico, não há impedimento para participação no certame, desde que atendidas as demais exigências do edital.

De: Pregoeiros Birigui <pregoeiros.birigui@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 10 de março de 2026 03:58**Para:** renata.secsaudebirigui@gmail.com <renata.secsaudebirigui@gmail.com>; Prefeitura Birigui Sec. Saúde <secsaudepmb@hotmail.com>; Suprimento Sec. Saúde de Birigui <fmbirigui.licisaude@gmail.com>**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTO (EMBALAGEM) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026 EDITAL 6/2026.

Prezados(as),

Encaminhamos solicitação de esclarecimento(e-mail abaixo), referente aos itens nº 24 e 25, acerca do Pregão Eletrônico 16/2026 - Registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem para uso nas unidades básicas de saúde, centro médico e demais setores da Secretaria de Saúde.

Solicitamos retorno no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, considerando que o certame está agendado para ocorrer em 12/03/2026.

Att

Danilo

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

----- Forwarded message -----

De: **licitacao@a2hospitalar.com** <licitacao@a2hospitalar.com>

Date: seg., 9 de mar. de 2026 às 17:19

Subject: ESCLARECIMENTO (EMBALAGEM) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026 EDITAL 6/2026.
To: pregoeiros.birigui@gmail.com <pregoeiros.birigui@gmail.com>

Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a)!

Em relação ao item 24 e 25 EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, edital solicita que seja embalado em
POUCHE DE PAPEL GRAU CIRURGICO.

Consulto a possibilidade de participarmos do certame com a marca TKL que tem a Embalagem primária:
Polibag pacote individual em filme plástico composto por Polietileno de Alta
Densidade HDPE, transparente, fechada por termosselagem, que garante a integridade física e barreira
Microbiana, conforme ficha técnica em anexo para análise.

No aguardo.

Atenciosamente,



Bianka Santos
Licitações

.....

☎ 16-3040-8574

✉ licitacao@a2hospitalar.com

A SERVIÇO DE:
A2Hospitalar | cuidado
para a
vida ♥