



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 124/2023 - MUNICIPIO DE BIRIGUI

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/08/2023 13:35	Boa tarde! Item 3: As lancetas devem ser entregues/fornecidas embaladas individualmente (umas a uma)? Ou será aceito embalagem com 100 unidades de lancetas (conforme praxe do mercado)? Caso seja aceito embalagens com 100 unidades, podem ser entregues em caixa ou pacotes? Ficando a critério da empresa vencedora?		Não há arquivo anexado.
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 34813172000104		vendas@afr.ind.br / (44) 9911-2494	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
14/08/2023 09:31	Segue manifestação da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao esclarecimento solicitado: "Boa tarde, em resposta ao questionamento da empresa A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, a entrega deve ser feita conforme descritivo do objeto, que está de forma bem clara. LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA, ESPECIFICAÇÕES: LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA 28 G COM PONTA TRI FACETADA E REVESTIMENTO SILICONADO DA LAMINA. DIÂMETRO DE 0,36 A 0,4 MM. (ENTREGA EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES)".		Não há arquivo anexado.

JULIANA GABRIELE MARCOLINO

BIRIGUI-SP - 14/08/2023

Gerado em: 14/08/2023 09:31:28