



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**CNPJ 46.151.718/0001-80**

Birigui, 13 de outubro de 2022.

Ofício nº 235/2022

A Senhora.  
Renata Aparecida Natal Zago  
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 098/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 187/2022 (ITEM 14.6 – DAS AMOSTRAS) – Pregão Eletrônico n.º 098/2022, cujo o objeto trata-se do registro de preços para aquisição de curativos e sonda para gastrostomia destinados aos pacientes atendidos pela secretaria de saúde pelo período de 12 meses, conforme especificações do anexo 1.

Segue parecer conclusivo relativo à análise das amostras apresentadas pela empresa Hospilar Comércio de Material Médico Hospitalar Eireli, CNPJ: 26.234.900/0001-97, do referido certame.

### **01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:**

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa Hospilar Comércio de Material Médico Hospitalar Eireli, CNPJ: 26.234.900/0001-97, ora declarada arrematante do LOTE n.º 05 do Eletrônico n.º 098/2022, cujo o objeto trata-se do registro de preços para aquisição de curativos e sonda para gastrostomia destinados aos pacientes atendidos pela secretaria de saúde pelo período de 12 meses, conforme especificações do anexo 1. - Secretaria de Saúde, conforme proposta de preços apresentada.

### **02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:**

02.1 - A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

<b>SERVIDORES</b>	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

### **03 – DA METODOLOGIA:**

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 31/2022.

### **04 – DA AVALIAÇÃO:**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
05	CURATIVO À BASE DE GEL TRANSPARENTE, AMORFO, CONSISTÊNCIA COESA, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO 10% E ÁGUA PURIFICADA	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O DESCRITIVO SOLICITADO EM EDITAL: POSSUI PROPILENOGLICOL EM SUA FÓRMULA ( PODENDO CAUSAR DOR E PODENDO AFETAR AS CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO DE FIBROBLASTOS NEGATIVAMENTE )	REPROVADA

### **05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:**

05.1 – Esta Comissão decide por **REPROVAR o itens 05**, pois a amostra apresentada não está de acordo com o descritivo solicitado em edital: possui propilenoglicol em sua fórmula ( podendo causar dor e podendo afetar as condições de crescimento de fibroblastos negativamente )

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Erikson Camilo Conceição  
Diretor de Atenção Básica e Especialidades

Cássia Rita Santana Celestino  
Secretária Municipal de Saúde

### **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:**

Renata N. M. Serra  
CPF N.º 200.546.858-42

Silvana R. D. C. de Anchieta  
CPF N.º 514.116.791-72

Christiane M. Melli dos Santos  
Enfermeira  
COREN-SP 100733  
Fernando Gonçalves da Silva  
CPF N.º 297.956.698-50