



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 18 de Janeiro de 2023

Ofício nº 46/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Frenanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 98/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 187/2022 (ITEM 16 – DAS AMOSTRAS) – Pregão Eletrônico n.º 98/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E SONDA PARA GASTROSTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, conforme especificações dos Anexos I.

Segue parecer conclusivo relativo à análise das amostras apresentadas pela empresa MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.807.173/0001-70, do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.807.173/0001-70, ora declarada arrematante do LOTE n.º 04 do Eletrônico n.º 98/2022, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de curativos e sonda para gastrostomia destinados aos pacientes atendidos pela secretaria de saúde pelo período de 12 meses, conforme especificações do anexo I, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 31/2022

04 – DA AVALIAÇÃO:


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
04	Curativo à base de gel transparente, amorfo, consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio 10% e água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, com registro na anvisa- frascos de 25 gr a 100 gr	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	REPROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **REPROVAR o item 04**, pois a empresa MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.807.173/0001-70, NÃO apresentou amostra para ser avaliada

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente,


Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:


Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42


Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72


Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50


Recebido
22/01/23 13:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 18 de Janeiro de 2023

Ofício nº 47/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Frenanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 98/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 187/2022 (ITEM 16 – DAS AMOSTRAS) – Pregão Eletrônico n.º 98/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E SONDA PARA GASTROSTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, conforme especificações dos Anexos I.

Segue parecer conclusivo relativo à análise das amostras apresentadas pela empresa QUARTMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.807.173/0001-70, do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa QUARTMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.807.173/0001-70, ora declarada arrematante do LOTE n.º 5 do Eletrônico n.º 98/2022, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de curativos e sonda para gastrostomia destinados aos pacientes atendidos pela secretaria de saúde pelo período de 12 meses, conforme especificações do anexo I, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 31/2022

04 – DA AVALIAÇÃO:


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
05	Curativo à base de gel transparente, amorfo, consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio 10% e água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, com registro na anvisa- frascos de 25 gr a 100 gr	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O DESCRITIVO SOLICITADO EM EDITAL: POSSUI ALGINATO DE SÓDIO.	REPROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **REPROVAR o item 05**, pois a empresa QUARTMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.807.173/0001-70, pois a amostra apresentada não está de acordo com o descritivo solicitado em edital, não possui alginato de sódio.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.


Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:


Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42


Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72


Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50

Recebido
27/01/23 13:48
