



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, de Outubro de 2020

Memorando nº 375/2020 – RNMS
Ref.: Pregão Presencial nº 64/2020

Prezado Pregoeiro

Vimos por meio deste informar a Vsa. que foi realizado a sessão de análise de amostras do pregão presencial nº 64/2020, estando presente membros da comissão de registro de preço.

O **item 01** foi classificado, conforme justificativas em termos de Análise de amostras anexo.

Já o item **06** foi **desclassificado por não atender as especificações do anexo I do edital**, conforme justificativas em termos de Análise de Amostras anexo.

Sem mais para o momento, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Do Carmo Martins
Diretor da Atenção Básica e Especialidades

Isabel Rocha Galdeano
Chefe da Imunização

Renata Nascimento de M. Serra
Enfermeira

Ilmo. Sr.
Enio Nicolau Garcia Linares
Pregoeiro Oficial

Recebido
04/11/2020 14:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA E DOCUMENTOS TÉCNICOS

PREGÃO Presencial Nº 64 /2020

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 29 / 10 / 2020 HORA: 09 : 35h

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

**COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
MEMBROS DA PORTARIA 62/2019**

ITEM ANALISADO Nº: 01 - Fita Adesiva Autoclave 19mm x 50mm

Análise quanto a **documentação técnica**



APROVADO



REPROVADO

MOTIVAÇÃO: _____

Análise quanto a **amostra**



APROVADO



REPROVADO

MOTIVAÇÃO: De acordo com anexo I do edital

Luiz Henrique de A. Marcondes
Diretor da Atenção
Básica e Especialidades

Renata N.M. Serra
ENFERMEIRA
COREN-SP 76580

Isabel Rocha Gardeano
Chefe de Serviço de Imunização
Coren-SP 138.299



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS

PREGÃO Presencial nº 64/2020

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 29/10/2020 HORA: 09:35

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumerindo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

**COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
MEMBROS DA PORTARIA 62/2019**

ITEM ANALISADO Nº: 06 - Indicador biológico vapor - teste de cultura para autoclave pré-vacuo, com identificação do resultado impresso

Análise quanto à documentação técnica

☐

APROVADO

☐

REPROVADO

MOTIVAÇÃO:

Análise quanto à amostra

☐

APROVADA

☒

REPROVADA

MOTIVAÇÃO: indicador biológico não apresenta identificação do resultado impresso.

Luiz Henriques do C. Martins
Diretor de Atenção
Básica e Especialidades

Renata N.M. Serra
ENFERMEIRA
COREN-SP 76580

Isabel Rocha Galdeano
Chefe de Serviço de Imunização
Coren-SP 138.299