



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**CNPJ 46.151.718/0001-80**

Birigui, 13 de Agosto de 2024

Ofício nº 365/2024-IMVN/SECSAÚDE

A Senhora.  
RENATA APARECIDA NATAL ZAGO  
Pregoeira Oficial.

**Assunto: Parecer conclusivo da documentação técnica/amostras – Pregão Eletrônico nº 54/2024.**

Prezado Senhor,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 66/2024, dos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES e das amostras – PÓS DISPUTA, do Pregão Eletrônico n.º 54/2024, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES - SECRETARIA DE SAÚDE.

Segue parecer conclusivo da comissão técnica nomeada pela portaria n.º 41/2023, relativo à documentação técnica/amostra apresentada pela empresa **AVTMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ: 25.290.718/0001-90, ora vencedora do **LOTE Nº 25**, do referido certame:


**01 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:**


**1.1 – Documentação Técnica**

Após análise da documentação técnica apresentada pela empresa supracitada, esta comissão decide por **APROVAR** os referidos documentos, pois estão de acordo com o solicitado em edital.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

  
Renata N. M. Serra  
Membro da Comissão

  
Marcela Cristina Magota  
Membro da Comissão

  
Igor Mathheus Viana Nogueira  
Membro da Comissão

Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo, Município de Birigui e Região de Contratos

Realizada na data de: 14/08/21

Horário: 15 h 00 min

Admair  
(Servidor)

## Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	56.998.701/0001-16	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.465-0
Nome do Dispositivo Médico	FREESTYLE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE - Kit Sensor		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	AUTOTESTE PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE EM LÍQUIDO INTERSTICIAL (PERCUTÂNEO) - SENSOR/TRANSMISSOR		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80146502021		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.596589/2016-07</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: ABBOTT DIABETES CARE LTD - REINO UNIDO</li> <li>- CNPJ / Código Único: C003827</li> <li>- Endereço: RANGE ROAD, WITNEY, OXON, OX29 0XYL - OXON (OXFORDSHIRE)</li> </ul>		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02/10/2017		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02/10/2027		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ART40987-110_rev-A.pdf	2677920/22-1 - 05/05/2022 - 03:20

## Apresentação/Modelo

1 sensor

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



**Via Rápida Empresa - VRE**  
**CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO**  
**JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de Birigui

Governo do Estado de São Paulo

**É importante saber que:**

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi emitido com base no artigo 7º, item 1 do Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010. Trata-se de um documento parcial, e que não produz os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas. Para obter o Certificado de Licenciamento, finalize as licenças dos órgãos integrados que ainda estão pendentes. Verifique a situação das licenças abaixo.

**DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTES DOCUMENTOS:**

PROTOCOLO/NÚMERO	Nº SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE VALIDADE
SPP2231237073	2613948	28/07/2023	28/07/2024

**DADOS DA EMPRESA**

**NOME EMPRESARIAL**

AVTMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ**

25.290.718/0001-90

**NATUREZA JURÍDICA**

Sociedade Empresária Limitada

**Inscrição Municipal**

**A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?**

Não

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo/Internet/Correio/Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes/Tele vendas

**ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO**

RUA FUNDADORES, 784 BLOCO 2 APARTAMENTO 13

CENTRO, Birigui - SP CEP: 16200040

**ÁREA DO ESTABELECIMENTO**

**ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)**  
(M²)

**ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS**

- 4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

**ANÁLISE DE VIABILIDADE**

**PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI****VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL****DATA DE EMISSÃO:** 01/11/2022**TIPO DO IMÓVEL:** Número IPTU: 01010200028**RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:****LICENCIAMENTO INTEGRADO****Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária**

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

**Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros**

O processo de licenciamento para este órgão não foi solicitado ou ainda está em andamento. É necessário que o interessado conclua o pedido.

**Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB**

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3165523	28/07/2023	INEXISTENTE

**FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

- » Atividades exercidas no local: 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m<sup>3</sup> (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

**MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:**

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

**Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
28/07/2023		4618-4/02 4693-1/00

**FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

**Prefeitura de Birigui****VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
28/07/2023		4693-1/00

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
28/07/2023		4618-4/02

**PREFEITURA**

Prefeitura de Birigui

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
28/07/2023	SPP2231237073	28/07/2024

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que para o exercício da atividade, deverei fixar em local de fácil visualização, cartaz padronizado constando o endereço e telefone do órgão de defesa do consumidor do Município, nos termos do artigo 33 da Lei Complementar nº 30/2009.


PENDENTE DE FINALIZAÇÃO



ONDE COMPRAR

Q BUSCAR

Leitor

FreeStyle Libre 

## Leitor FreeStyle Libre

A cada scan do sensor, o leitor FreeStyle Libre mostra o passado, presente e futuro da glicose, como as últimas 8 horas<sup>1</sup> de dados, o resultado atual e uma seta de tendência indicando se a glicose está estável, aumentando ou diminuindo.

COMPRE AGORA

# Fácil visualização dos dados de glicose

O leitor FreeStyle Libre captura as informações de glicose do sensor FreeStyle Libre em um rápido scan de 1 segundo, além de oferecer gráficos e relatórios completos e de fácil entendimento.<sup>1</sup>


- Compacto e leve. Fácil de segurar e carregar.
- Armazena o histórico de até 90 dias de dados completos de glicose.<sup>1</sup>
- Gráficos e relatórios completos que facilitam o monitoramento da diabetes.
- É possível realizar anotações de alimentos, doses de insulina e atividades físicas.






ONDE COMPRAR

Q BUSCAR




Importante: O leitor não é compatível com o sensor FreeStyle Libre 2 Plus


## Gráficos fáceis de entender com base no histórico da sua glicose



**Tempo no Alvo**



**Média de Glicose**



## Padrões Diários

Mostra o padrão de glicose de um dia "típico", com base no histórico de glicose do usuário de FreeStyle Libre.

# Como usar o Sistema FreeStyle Libre


COMO USAR O SISTEMA FREESTYLE  
LIBRE

ESPECIFICAÇÕES LEITOR



### Aplique o sensor

O sensor do FreeStyle Libre deve ser aplicado na parte posterior superior do braço



### Escaneie o sensor

Para fazer a leitura da glicose, basta escanear o sensor com o leitor – um

ONDE COMPRAR

Q BUSCAR

produtos nos seus produtos. O sistema LibreStyle  
Libre também oferece um software que gera  
relatórios completos para auxiliar na análise  
dos dados da glicose.



## Faça a leitura

Cada leitura do sensor fornece dados atualizados da glicose, o histórico glicêmico das últimas 8 horas<sup>1</sup> e uma seta de tendência<sup>5</sup> mostrando se a glicose está subindo, baixando ou mudando lentamente. O leitor é capaz de ler o sensor mesmo através da roupa<sup>2</sup>.



ONDE COMPRAR

 BUSCAR





ONDE COMPRAR

Q BUSCAR

Controlar seus níveis de glicose

## utilizando o seu smartphone

Tenha as funcionalidades do leitor FreeStyle Libre diretamente em seu smartphone,<sup>6</sup> com uma visão sobre o passado, presente e futuro da sua glicose utilizando o aplicativo FreeStyle LibreLink.<sup>7</sup>

Verifique se o seu smartphone é compatível com o aplicativo FreeStyle LibreLink.

SAIBA MAIS

Iniciando o FreeStyle Libre

Entendendo as setas de tendência

SAIBA MAIS

## Ficou com alguma dúvida?

ONDE COMPRAR

Q BUSCAR

Posso fazer a leitura da glicose por cima da roupa?

+

O que acontecerá se eu não fizer a leitura em um período de 8 horas?

+

ACESSE NOSSA CENTRAL DE AJUDA

**Veja também:**

**Sensor FreeStyle Libre 2 Plus**

**SAIBA MAIS**

**Sensor FreeStyle Libre**

**SAIBA MAIS**



ONDE COMPRAR

Q BUSCAR

**FreeStyle LibreLink**

**SAIBA MAIS**

**Como começar a usar o sensor?**

**SABER MAIS**

ADC-94075 v1.0 06-24

#### Referências:

1. Para ter um panorama glicêmico completo ao longo dos último três meses, o sensor deve ser substituído a cada 14 dias e o sensor deve ser escaneado no mínimo uma vez a cada 8 horas.
2. O leitor pode escanear através da roupa com espessura de até 4cm.
3. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73.
4. O teste de ponta de dedo é necessário se as leituras de glicose não coincidirem com os sintomas ou expectativas.
5. A seta de tendência de glicose talvez nem sempre apareça com sua leitura.
6. As funcionalidades do leitor FreeStyle Libre e do aplicativo FreeStyle LibreLink são parecidas, mas não idênticas.
7. O aplicativo FreeStyle LibreLink só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink pode exigir o registro no LibreView.



ONDE COMPRAR

 BUSCAR



[Fale conosco](#) [Descadastrar](#) [Política de privacidade](#) [Política de cookies](#) [Termos de Uso](#) [Preferências de Cookies](#)

© 2024 Abbott. All Rights Reserved. ADC-50078 v1.0 07/23