

Birigui, 25 de julho de 2.013.

Ofício 0062-2013.

Ao Senhor.

Walter Fantoni Júnior.

Pregoeiro Oficial.

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento e impugnação, ambos apresentados pela empresa Nacional Comercial LTDA, CNPJ: 52.202.744/0001-92.

Senhor Pregoeiro, em resposta ao pedido de esclarecimento entendemos que o mesmo foi tempestivo e claro no sentido de solicitar questionamento à administração se o modelo da seringa da marca "BD" apresentada pela empresa atenderia adequadamente as exigências contidas no descritivo do item 02 do edital.

Após envio do documento de esclarecimento do produto mencionado para área técnica a mesma se posicionou no sentido de esclarecer que a seringa do fabricante BD apresentada não possui sistema retrátil, pois a tecnologia deste dispositivo é de encapsulamento da agulha que somente é feito quando, após a aplicação, a agulha é retirada do paciente e com as mãos um cilindro secundário deve ser empurrado para cima para que o sistema seja acionado. Este sistema não é retrátil e é ativo. A agulha contaminada fica exposta gerando risco de acidente e ainda exige procedimentos extras do paciente. Por tais razões, o modelo específico de seringa apresentado pela empresa Nacional Comercial LTDA não atende as especificações contidas no edital.

No que diz respeito ao pedido de impugnação formulado pela empresa, com fundamento na Lei 8666/93, o mesmo é apresentado com as seguintes informações:

1) A Impugnante afirma que somente uma marca de seringa atende integralmente o quanto disposto no descritivo do item 2 do edital, o qual restringirá a concorrência em relação às referidas seringas e que esta restrição poderia impor ônus excessivo aos cofres públicos;

2) Que a empresa impugnante afirma que em licitações anteriores (anos de 2011, 2012 e 2013) sagrou-se vencedora para fornecimento de seringas para aplicação de insulina de uso único sem que fosse exigida a referida retração automática do dispositivo de segurança, ocasiões em que não

houve nenhuma reclamação dessa municipalidade em relação aos produtos fornecidos e que as mesmas, dessa forma, atenderiam adequadamente as necessidades do município.

Em resposta ao pedido de impugnação informamos que não há nenhuma restrição ao caráter competitivo do certame, haja vista que vários fabricantes estariam aptos a fornecer os produtos solicitados no edital.

Após ser realizada uma ampla pesquisa de modo a garantir que o sistema licitatório seja amplo e competitivo e em rápida pesquisa, detectamos que seringas das marcas ou modelos "OMI", "Wealy", "VanishPoint", "Wantefu", "Smart" e alguns próprios modelos da marca "BD" (que não a amostra apresentada) estariam aptos a atenderem a especificação contida no edital, ou seja, foi verificado que existem no mercado pelo menos 05(cinco) marcas de seringas com sistema retrátil automático, dentre as quais a própria BD, fabricante do produto apresentado no esclarecimento entregue pela impugnante. A própria empresa "BD" possui a seringa com sistema denominada como BD INTEGRA de retração automática que pode ser visto no próprio site do fabricante.

Comunicamos ainda que o sistema de retração automática da agulha evita que a agulha contaminada fique exposta em qualquer momento. O sistema de acionamento é passivo e não requer mudança de técnica de aplicação dos pacientes.

No que diz respeito à informação de fornecimento anterior de modelo igual à agora apresentada no esclarecimento também não merece prosperar, pois cabe à Administração Pública sempre a melhorar o desenvolvimento do serviço prestado a população, sem perder de vista a economia de recursos públicos. No caso a melhoria se dá na maior segurança no descarte do produto minimizando a possibilidade de acidentes e contaminação com perfuro cortantes. A soma da melhoria da prestação do serviço com economia e sem restrição de competitividade podemos crer que estamos cumprindo o princípio administrativo da eficiência na prestação do serviço público oferecido. Por tanto optamos por **INDEFERIR** o pedido e mantemos inalteradas as especificações pela empresa impugnada.

Sendo o que temos para o momento, agradecemos vossa atenção desde já.

Atenciosamente.

Soraya M. Fernandes Avelino

Chefe da Seção de Enfermagem

Andréa Benvenuta Antonio

Secretaria Municipal de Saúde

