



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 77/2018

Anexo - I

Lote 0001 - CÂMARA VERTICAL, DE FORMATO EXTER

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	2	UN	CÂMARA VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO EM AÇO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 120 A 280 LITROS. TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 2°C E 8°C COM CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO OU PROGRAMÁVEL EM 4°C, COM RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA APÓS ABERTURA DE PORTA E REGISTRADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO ATRAVÉS DE VENTILADOR INTERNO. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO. CÂMARA INTERNA E GAVETAS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRAVAMENTO EXTERNO EVITANDO QUEDAS. COM CAPACIDADE DE 2 A 4 GAVETAS DESLIZANTES COM SISTEMA DE CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO DUPLO, ANTIEMBAÇANTE. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS COM TRAVAMENTO FRONTAL. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. PAINEL DE COMANDO MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO EM DISPLAY LCD PARA APRESENTAÇÃO DE TEMPERATURAS E AJUSTES DOS PARÂMETROS, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE MULTISSENSORES INTERNOS EM DIFERENTES PONTOS DA CÂMARA POSSIBILITANDO UM CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA. SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS MONTADO EM DISPLAY FRONTAL COM NO MÍNIMO OS ITENS: FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA E PORTA ABERTA. SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS COM HISTÓRICO DE TEMPERATURAS. SISTEMA DE DISCAGEM TELEFÔNICA AUTOMÁTICA PARA NO MÍNIMO 3 NÚMEROS, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ESTIVER COM TEMPERATURA CRÍTICA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER SEU FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA ADEQUADA E FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS) NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE 24/48H, COM CONTROLADOR DE TENSÃO ELÉTRICA ATIVANDO O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA DE ENERGIA E PROTEGENDO O EQUIPAMENTO DE VARIAÇÕES BRUSCAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS.

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e o modelo em conformidade com as especificações do Anexo I, e o número do registro do objeto na ANVISA, salvo isenção, ocasião em que a empresa deverá apresentar documento que comprove referida isenção;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.