



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 88/2016

## Anexo - I

### Lote 0001 - CARRO DE BANHO NO LEITO COM TAMP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	8	UN	CARRO DE BANHO NO LEITO COM TAMPO SUPERIOR E UMA PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX. VARANDAS EM FERRO DE AÇO INOX 1/4. ESTRUTURA EM TUBOS 1" X 1.20MM DE AÇO INOX. SUPORTE PARA BALDE E BACIA. RODÍZIOS DE Ø 2" (50MM). DIMENSÕES: 0,43 X 0,70 X 0.85M. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM INOX.

### Lote 0002 - ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES PARA PACIENTES ADULTO E PEDIÁTRICO. IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4. MÚLTIPLOS FORMATOS DE IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURÁVEIS PARA MELHOR LEGIBILIDADE GRÁFICA. ALIMENTAÇÃO AC 110/220 AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO, COM PESO APROXIMADO DE 4 KG COMA BATERIA. TELA DE LCD COLORIDA/TOUCH SCREEN COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTOS E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS QT/QTc, EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA COMUNICAÇÃO COM PC.

### Lote 0003 - CADEIRA DE RODAS PARA, BANHO - espe

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	10	UN	CADEIRA DE RODAS PARA, BANHO ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO CONFECCIONADA EM AÇO INOX; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS NAS RODAS DIANTEIRAS; AS 02(DUAS) RODAS TRASEIRAS DEVERÃO SER GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS E ARO DE 06"(POLEGADAS) E AS 02(DUAS) RODAS DIANTEIRAS DEVERÃO SER FIXAS COM ARO DE 06"(POLEGADAS) E PNEUS MACIÇOS; ENCOSTO EM NYLON; PESO: DEVERÁ SUPOORTAR PESO DE PACIENTES DE 120KG OU MAIS.

Observação

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Walter Fantoni Junior  
Pregoeiro Oficial