



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 159/2016

Anexo - I

Lote 0001 - CONTAINER – CAPACIDADE 10 LITROS, 4

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	200	UN	CONTAINER – CAPACIDADE 10 LITROS, 49 X 29 CM X 13 ALTURA, PLÁSTICO RESISTENTE, OPACO, LISO, TAMPA COM TRAVA INTERNA NOS CANTOS.

Lote 0002 - CONTAINER – CAPACIDADE 25 LITROS, 5

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	50	UN	CONTAINER – CAPACIDADE 25 LITROS, 53 X 32 CM X 18 ALTURA, PLÁSTICO RESISTENTE, OPACO, LISO, TAMPA COM TRAVA INTERNA NOS CANTOS.

Lote 0003 - TUBO DE SILICONE Nº204 C/15MTS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	200	PCT	TUBO DE SILICONE Nº204 C/15MTS

Lote 0004 - Fita adesiva autoclave 19mm x 50m confecci

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	500	UN	Fita adesiva autoclave 19mm x 50m confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Que receba em uma das faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Que seja apropriado para fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclaves e possua listras diagonais de tinta termo reativa que, quando submetida a esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalagem primária individualmente em plástico e secundária contendo 48 unidades.

Lote 0005 - TABLETE EFERVESCENTE A BASE DE CL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	500	UN	TABLETE EFERVESCENTE A BASE DE CLORO ORGÂNICO ESPECIFICAÇÕES: Tablete efervescente composto de clorado de alta concentração à base de cloro orgânico (dicloro), para a desinfecção de ambientes, pisos, paredes, mobiliários e artigos (objetos, equipamentos e acessórios) utilizados exclusivamente em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde e que não gere a formação de trihalometanos (THM) cancerígenos. Que contenha as seguintes características físicoquímicas: Aspecto; tablete branco. Odor; característico de cloro. Teor de cloro ativo; 45%. PH (solução 1%); 06 a 07. Densidade; 1,59 a 1,9 g/cm ² . Que possua a seguinte composição e ativos: Dicloroisocianurato de Sódio; 75%. Coadjuvante, Inertes; 25%. Teor de Cloro Ativo; 45%. Que atenda as normas da Vigilância Sanitária e possua Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 02 anos. Embalagem pote plástico contendo 30 tablets de 05 gramas.

Lote 0006 - PAPEL CREPADO 30 X 30, CAIXA C/500UN,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	100	CX	PAPEL CREPADO 30 X 30 ESPECIFICAÇÕES: Papel crepado gramatura 50 confeccionado em 100% celulose virgem com a dimensão de tamanho na medida 30 x 30 cm. De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento, que proporcione um deslize suave e ajuste de contorno, com menor desempenho para armazenamento do CDE e que seja biodegradável. Indicado especialmente como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização. Embalagem que assegure a integridade do material a ser esterilizado, garantindo a proteção contra a ação de agentes externos, de uso único. Embalado em caixas contendo 500 folhas.

Lote 0007 - PAPEL CREPADO 50 X 50, CAIXA C/500UN,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	100	CX	PAPEL CREPADO 50 X 50 ESPECIFICAÇÕES: Papel crepado gramatura 50 confeccionado em 100% celulose virgem com a dimensão de tamanho na medida 50 x 50 cm. De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento, que proporcione um deslize suave e ajuste de contorno, com menor desempenho para armazenamento do CDE e que seja biodegradável. Indicado especialmente como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização. Embalagem que assegure a integridade do material a ser esterilizado, garantindo a proteção contra a ação de agentes externos, de uso único. Embalado em caixas contendo 500 folhas.

Lote 0008 - INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR -

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1000	UN	INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR - TESTE DE CULTURA PARA AUTOCLAVE PRÉ-VÁCUO, PARA CICLO 121 E 134°C, COM LEITURA BIOLÓGICA RÁPIDA, VISUAL COM MUDANÇA DE COR NO LÍQUIDO DA AMPOLA NO FINAL DO PROCESSO, SÃO AMPOLAS DE PLÁSTICO COM TAMPA MARRON, CONTENDO NO SEU INTERIOR AMPOLA DE VIDRO COM TIRA DE ESPOROS E CALDO DE NUTRIENTES PARA CULTIVOS DOS MICROORGANISMOS, A AMPOLA PLÁSTICA POSSUI RÓTULO EXTERNO DE PAPEL HIDROFÓBICO, COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO QUÍMICA EXTERNA, QUE DIFERENCIA A COR NO PROCESSO, LEVANDO DE 03 HORAS (INICIAL) A 10 HORAS (FINAL) PARA LEITURA, APÓS INCUBADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO IMPRESSO. ACOMPANHA TESTE DESAFIO REUTILIZÁVEL, PARA ATÉ 200 CICLOS.

Lote 0009 - INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR CLASSE 5

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 159/2016

Anexo - I

9	600	UN	INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR CLASSE 5 - TIRAS REVESTIDAS COM PELÍCULA PLÁSTICA, PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECÍFICO PARA QUAL TEM SIDO DESENVOLVIDO, MARCANDO O PROCESSO (TEMPO, TEMPERATURA, VAPOR), COM MUDANÇA DE COR NA LEITURA.
Lote 0010 - TESTE BOWIE & DICK-			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	600	UN	TESTE BOWIE & DICK- TESTE QUE CONTROLA A PENETRAÇÃO DO VAPOR E A REMOÇÃO DE AR RESIDUAL DAS AUTOCLAVES, À VÁCUO, TEM QUE SER COMPOSTO POR UMA SÉRIE DE BARREIRAS PERMEÁVEIS AO VAPOR, ONDE SE ENCONTRA A FOLHA COM INDICADOR QUÍMICO, TEM QUE SER IMPRESSOS COM TINTA DE ALTA QUALIDADE E ISENTO DE CHUMBO, DURANTE O CICLO DEVE PASSAR PELAS BARREIRAS MICROBIOLÓGICAS, CHAGANDO NO INDICADOR QUÍMICO.
Lote 0011 - TESTE DE LAVADORA ULTRASSÔNICA -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	200	UN	TESTE DE LAVADORA ULTRASSÔNICA = LÂMINA DE ALUMÍNIO, CONTENDO IMPREGNADO DE PROTEINA ARTIFICIAL, NA COLORAÇÃO AZUL, CONFORME MOVIMENTO DE LIMPEZA RETORNA A COR ORIGINAL.
Lote 0012 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	30	UN	PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO - BOBINAS LISAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE, PERMEÁVEL AO VAPOR, IMPERMEÁVEL AO MICROORGANISMO, RESISTENTE AO CALOR, TRANSPARENCIA DO MATERIAL EMBALADO, TRIPLA SELAGEM, INDICADOR QUÍMICO, IMPRESSÃO DO ENVELOPE ÁREA EXTERNA, ISENTO ADITIVOS, ATÓXICO, 100% CELULOSE, SENDO BOBINAS COM 100 METROS COMPRIMENTO POR 15 CM.
Lote 0013 - MANTA SMS -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	50	UN	MANTA SMS - ENVÓLOCRO PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ELEVADA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, EXCELENTE BARREIRA MICROBIANA, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SEGURO, GRAMATURA 40 G/M², SENDO 30 X 30 CM CONTENDO 1.000 FOLHAS POR CAIXA.
Lote 0014 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	10	UN	PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO - BOBINAS LISAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE, PERMEÁVEL AO VAPOR, IMPERMEÁVEL AO MICROORGANISMO, RESISTENTE AO CALOR, TRANSPARENCIA DO MATERIAL EMBALADO, TRIPLA SELAGEM, INDICADOR QUÍMICO, IMPRESSÃO DO ENVELOPE ÁREA EXTERNA, ISENTO ADITIVOS, ATÓXICO, 100% CELULOSE, SENDO BOBINAS COM 100 METROS COMPRIMENTO POR 30 CM.
Lote 0015 - MANTA SMS-			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	50	UN	MANTA SMS - ENVÓLOCRO PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ELEVADA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, EXCELENTE BARREIRA MICROBIANA, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SEGURO, GRAMATURA 40 G/M², SENDO 50 X 50 CM CONTENDO 500 FOLHAS POR CAIXA.
Lote 0016 - MANTA SMS -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	12	UN	MANTA SMS - ENVÓLOCRO PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ELEVADA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, EXCELENTE BARREIRA MICROBIANA, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SEGURO, GRAMATURA 40 G/M², SENDO 75 X 75 CM CONTENDO 250 FOLHAS POR CAIXA.

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 deste Edital:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 159/2016

Anexo - I

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo em conformidade com as especificações do Anexo I e o número do registro do objeto na ANVISA, salvo isenção;

c1) Caso haja qualquer dúvida quanto a origem do registro informado na proposta, será efetuada diligência no site da ANVISA durante o certame, e se for comprovado que o registro informado está incorreto ou inexistente, a empresa será automaticamente desclassificada para o item em questão. Todas as informações constantes da proposta são de total responsabilidade da licitante.

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial