



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Pág. 1/3

ANEXO XI - RELAÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS E LOCAIS

1. LISTA DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd	Patri- mônio	Marca/Modelo	Local
CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, ESPECIFICAÇÕES: - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacina. - Capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 04 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE.	11	64462	Indrel Refrimed RVV 22-D	Vigilância Epidemiológica
		64463	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 01
		64464	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 02
		64465	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 03
		64468	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 04
		64467	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 05
		64466	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 06
		64469	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 07
		64471	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 08
		64470	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 09
		68485	Indrel Refrimed RVV 22-D	UBS 10
CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, ESPECIFICAÇÕES: - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento mínimo de 504 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia,	02	85503 85504	Indrel Refrimed RC 504-D	Vigilância Epidemiológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Pág. 2/3

com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 06 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Registro na ANVISA classe II, ISO 13485, FDA ou CE.				
CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, ESPECIFICAÇÕES: - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento mínimo de 972 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais. - 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. - Registro na ANVISA classe II, ISO 13485, FDA ou CE.	02	68486 68487	Indrel Refrimed RVV 1500-D	Vigilância Epidemiológica
CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, ESPECIFICAÇÕES: - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com	03	94886 94033 94034	Indrel Refrimed RVV 11 D	Vigilância Epidemiológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Pág. 3/3

sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 02 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE.				
--	--	--	--	--

2. ENDEREÇOS DOS LOCAIS ONDE SE ENCONTRAM AS CÂMARAS

Centro Médico Hospitalar	
Vigilância Epidemiológica	<i>Largo Gumerindo de Paiva Castro, s/n, Centro</i>
Unidades Básicas de Saúde	
UBS-01 (Cidade Jardim)	<i>Av. Cidade Jardim, nº 1004, Cidade Jardim</i>
UBS-02 (Toselar)	<i>Rua Dr. Luís de Toledo Piza Sobrinho, 574, Jardim Tangará</i>
UBS-03 (Isabel Marin)	<i>Rua José Parpineli, 1191, Vila Staff</i>
UBS-04 (Costa Rica)	<i>Rua Brás Sanches Arriaga, 1452, Jardim Costa Rica</i>
UBS-05 (Santo Antonio)	<i>Travessa Itororó, 210, Jardim Icaray</i>
UBS-06 (Tijuca)	<i>Rua João de Souza Suzano, 116, Recanto Verde</i>
UBS-07 (São Vicente)	<i>Rua Lucas Petrilli, 328, Novo Parque São Vicente</i>
UBS-08 (Jandaia)	<i>Rua Matura Antonio, 1116, Jandaia R. Parque</i>
UBS-09 (Santana)	<i>Rua Ernesto Teixeira da Silva, 984, Jardim Santana</i>
UBS-10 (Colinas)	<i>Rua Aldo Cinquini, 459, Alto Colinas</i>