Gmail **Rafael Panini <pregoeiro.rafael@gmail.com>**

RE: Pedido de esclarecimento - LUDIMILA FERNANDES - PE 97/2026

1 mensagem

Igor Matheus <secsaudepmb@hotmail.com> 21 de julho de 2026 às 08:40
Para: Rafael Panini <pregoeiro.rafael@gmail.com>

Prezados(as),

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao item destinado ao fornecimento de papel para eletrocardiograma (ECG), informamos que esta Administração não exige compatibilidade com marca ou modelo específico de eletrocardiógrafo, inexistindo, portanto, direcionamento para determinado fabricante ou equipamento.

Para subsidiar a elaboração das propostas, esclarecemos que o papel deverá possuir dimensões aproximadas de **21,5 cm de largura por 27,0 cm de comprimento**, em formato contínuo tipo sanfona, com **uma dobra** e **um picote central na folha**, atendendo às demais especificações previstas no edital.

Dessa forma, caberá aos licitantes ofertar produto compatível com as características técnicas informadas, em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Atenciosamente,

De: Rafael Panini <pregoeiro.rafael@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 20 de julho de 2026 11:16
Para: renata.secsaudebirigui@gmail.com <renata.secsaudebirigui@gmail.com>; Prefeitura Birigui Sec. Saúde <secsaudepmb@hotmail.com>; Farmácia-Suprimento Sec. Saúde de Birigui <fmbirigui.licisaude@gmail.com>
Assunto: Pedido de esclarecimento - LUDIMILA FERNANDES - PE 97/2026

Boa tarde, Prezado(a),

Por meio deste, encaminhamos, em anexo, o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **39.903.544 LUDIMILA FERNANDES DA SILVA**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 97/2026**, cujo objeto é o "Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, visando atender às necessidades do Centro Médico e das Unidades Básicas de Saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde", **relativo ao item nº 30 do Anexo I do Edital.**

Solicitamos a manifestação de Vossa Senhoria acerca do questionamento apresentado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento deste e-mail, tendo em vista que a sessão pública do certame está agendada para o dia 23/07/2026.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rafael Naches Panini
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
Prefeitura Municipal de Birigui

À MUNICIPIO DE BIRIGUI
Ref.: Nº 97/2026

Prazo da solicitação: 16/07/2026
Prazo da resposta: 16/07/2026

ESCLARECIMENTO – CAPACIDADE TÉCNICA – Nº 97/2026

À Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)

Assunto: Pedido de Esclarecimento – Compatibilidade do Papel para Eletrocardiograma (ECG)

Prezados(as),

Em relação ao item referente ao fornecimento de **papel para eletrocardiograma (ECG)**, cujo descritivo solicita papel termossensível, milimetrado, em formato contínuo tipo sanfona, tamanho aproximado A4, compatível com eletrocardiógrafos, vimos solicitar o seguinte esclarecimento:

Solicitamos que seja informado a marca e o modelo do(s) eletrocardiógrafo(s) ao(s) qual(is) o papel deverá ser compatível, ou, alternativamente, que sejam informadas as **dimensões exatas do papel** (largura × comprimento, quantidade de dobras e demais características técnicas aplicáveis).

O pedido se faz necessário porque existem diversos modelos de eletrocardiógrafos no mercado que utilizam papéis em formato semelhante ao A4, porém com dimensões específicas e não intercambiáveis entre si. Assim, a informação da marca/modelo do equipamento ou das dimensões exatas do papel é indispensável para que os licitantes possam ofertar produto plenamente compatível, evitando propostas inadequadas e garantindo a correta execução do objeto.

Agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.

Atenciosamente,

São Paulo/SP, 20 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUDIMILA FERNANDES DA SILVA
Data: 20/07/2026 14:36:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

39.903.544 LUDIMILA FERNANDES DA SILVA – CNPJ: 39.903.544/0001-07
Ludimila Oliveira – CPF: 109.178.176-13