



# *Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80

## **RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

Sirvo-me do presente para informar V.S<sup>a</sup>. de que, à vista do (s) questionamento (s), efetuado por determinadas empresas, quanto ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 109/2023**, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTE QUÍMICO (DPD PÓ PARA ANÁLISE DO CLORO LIVRE EM SACHÊ ALUMINIZADO) PARA SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NA ÁGUA TRATADA DA ETA, NOS RESERVATÓRIOS, NOS POÇOS ARTESIANOS DA PREFEITURA E NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAR E ATESTAR A POTABILIDADE DA ÁGUA TRATADA E DISTRIBUÍDA PARA POPULAÇÃO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES AQUISIÇÃO**, temos (s) seguinte (s) resposta (s):

### **QUESTIONAMENTO:**

1) O reagente DPD1 pode ser fornecido em "pó compactado" (pastilhas) embalado em blisters de alumínio para amostras de 10 ml de água?

2) Apesar do edital prever o prazo de entrega: 6 (seis) dias úteis. Em função de a empresa participante ter a sua sede localizada no Estado de Minas Gerais. O prazo estipulado no edital é impossível de ser cumprido. Neste particular, deve-se destacar que a exiguidade do prazo fixado no edital, se for seguido literalmente por esta Comissão de licitação, acaba por violar frontalmente os princípios a isonomia e da proposta mais vantajosa para administração pública, conforme expressamente dispõe o art. 3º da lei 8.666/93. Diante do exposto, nossa empresa, solicita a concessão do prazo de até 30 (trinta) dias para a entrega dos materiais.

### **RESPOSTA:**

Questionada, a Secretaria de Meio Ambiente, manifestou-se:

1) Em resposta a Secretaria Requisitante informou que, a empresa vencedora deverá fornecer o produto DPD em pó para análise de cloro residual livre. O produto deverá ser em pó embalado em sachês aluminizado para análise em amostras de 10 ml de água, e o mesmo deverá ser compatível para leitura no aparelho Aqua Color (Cloro e pH) da Policontrol.

2) Referente ao questionamento sobre o prazo de entrega, a Comissão de Registro de Preços manifesta sobre manter os 06 dias ÚTEIS conforme o publicado no Edital. A Comissão entende que é um prazo suficiente para a entrega dos produtos.

Atenciosamente.

Sem mais para o presente momento.

Tatyane Fernanda Martins  
Pregoeira Oficial