



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 01 de Outubro de 2020.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por determinada empresa, em relação ao Edital do **Pregão Presencial nº 91/2020**, que objetiva o **“REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE E LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II.”**;

Solicita esclarecimentos nos termos que segue:

01 - Estamos falando de 3.000.000 (três milhões) de lancetas?

02 - Estas lancetas são simples, sem NR 32, ou são lancetas de segurança?

03 - São lancetas para uso individual ou para uso em lancetador?

04 - O descritivo do produto diz:

“Lanceta 28g, com 0,4 mm de diâmetro da lâmina”. Esta lanceta é de lâmina? ou a ponta da agulha que tem a “lâmina” com este diâmetro? E sobre o diâmetro - O convencional da lanceta 28g é ter o diâmetro a partir de 0,36mm, deste modo, gostaria de confirmar: Este diâmetro citado em edital de 0,40mm será aceito lancetas com diâmetros até esta margem ou apenas as com 0,4mm?


Resposta: Por se tratar de questionamento exclusivamente com referência aos itens, procedemos com consulta junto à Secretaria Municipal de Saúde, requisitante do processo em pauta, a qual manifestou-se em relação ao assunto através do Memorando nº 395/2020 – MBC, disponibilizado sequencialmente na íntegra para conhecimento dos interessados.

Informações adicionais pertinentes ao assunto poderão ser obtidas através do telefone (18)3643-6123, ou através do e-mail: enio.licitacao@birigui.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Ênio N. Linares Garcia

Pregoeiro Oficial



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 30 de Setembro de 2020.

Memorando nº 395/2020-MBC

Assunto: Esclarecimentos – PP 91/2020

Prezado Senhor

Venho por intermédio deste em resposta ao Ofício 1.267/2020 – ENLG, referente ao item Lancetas esclarecer as perguntas que:

01 – SIM, SÃO 3.000.000 (TRÊS MILHÕES)


02 – SÃO LANCETAS SIMPLES

03 – SÃO LANCETAS DE USO INDIVIDUAL PARA SER UTILIZADO EM LANCETADOR PELOS PACIENTES

04 – PARA O ITEM OFERTADO, SERÁ AVALIADO DE ACORDO COM O ANEXO I, ONDE AS EXIGÊNCIAS SE DARÃO SOMENTE AO QUE ESTA NO DESCRITIVO.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


Luiz Henrique do Carmo Martins
Diretor da Atenção Básica e Especialidades

Ao
Departamento de Compras