



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 30 de junho de 2023.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por determinada empresa, em relação ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 097/2023**, que objetiva o **“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.”**

Solicita esclarecimento nos termos que segue:

Questão 01: [...] Para o item 06, gostaríamos de solicitar esclarecimento sobre a solicitação da ampola de vidro, pois, as mesmas não estão de acordo com a Norma Regulamentadora 32 que visa a segurança do trabalhador.

Resposta: Conforme Ofício nº 70/2.023 – IMVN, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para o item 06 do P.E 97/2023, informamos que a frasco “ampola” é de plástico com tampa marrom conforme consta no descritivo, porém contém em seu INTERIOR ampola de vidro quebrável contendo tira de esporos e caldo de nutrientes para cultivo dos micro-organismos. A produção de ácido associada ao crescimento de esporos causa mudança de cor do meio de cultura de roxo para amarelo, facilitando a detecção do crescimento. Sendo assim não traz nenhum risco ao trabalhador que for manusear o objeto e não desobedece à Norma Regulamentadora 32 que visa a segurança do trabalhador.

Informações adicionais pertinentes ao assunto poderão ser obtidas através do e-mail: enio.licitacao@birigui.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Ênio N. Linares Garcia
Pregoeiro Oficial
