



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 22 de setembro de 2023.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por determinada empresa, em relação ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 135/2023**, que objetiva o “**REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DE OXIGENIOTERAPIA ATRAVÉS DO APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CADASTRADOS E AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.**”

Solicita esclarecimento nos termos que segue:

Questão 01: Gentileza informar capacidade dos cilindros de oxigênio BACKUP.

Questão 02: Serão locados no total 2.000 concentradores de 5l no período de 12 meses? Ou a quantidade presente no edital trata-se do total de locações/ano, ou seja, serão cobradas 2.000 locações por ano referente a aplicação de aproximadamente 167 equipamentos?

Questão 03: Gentileza informar se a quantidade licitada para os itens se refere ao número de equipamentos a serem aplicados por mês ou se refere a quantidade total de locações;

Questão 04: Gostaria de esclarecer qual é a quantidade de pacientes (usuários) que são atendidos em domicílio (residência) pela Prefeitura?

Questão 05: Gostaria de esclarecer qual é a periodicidade de troca dos acessórios?

Questão 06: Gostaria de esclarecer qual será o prazo para recolhimento (retirada) dos equipamentos após o a comunicação da Secretaria Municipal de Saúde?

Questão 07: PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5: Podemos entender que será considerado equipamento com pressão de saída a partir desse valor?

Questão 08: O nível de ruído típico será considerado com o funcionamento normal do equipamento, sem considerarmos o acionamento do alarme?



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Resposta: A Secretaria Municipal de Saúde, requisitante e órgão técnico desta casa, manifestou-se às questões por meio do Ofício nº 422/2023 – MBC, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento das respostas aos questionamentos.

Informações adicionais pertinentes ao assunto poderão ser obtidas através do e-mail: enio.licitacao@birigui.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Ênio N. Linares Garcia

Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 21 de setembro de 2023.

Ofício nº 422/2.023 - MBC

Ref.: Resposta ao Ofício 1.943/2023 - ENLG

Ao Ilustríssimo Senhor
Ênio N. Linares Garcia
Pregoeiro Oficial

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 1.943/2023 – ENLG, em resposta aos questionamentos pontuados, esclarecemos que:

1. De acordo com o Anexo I do edital nº 192/2023 – Cilindro de oxigênio de 1 (UM) MT³.
2. 2.000 locações trata-se do total de locações ano, sendo referente aproximadamente ao atendimento de 167 pacientes.
3. Como informado no item anterior refere-se a quantidade total de locações no ano.
4. Conforme Termo de Referência o Município de Birigui fornece a locação de concentrador a 130 pacientes.
5. Não temos como prever.
6. A empresa deve estar ciente que o prazo para iniciar a prestação dos serviços (instalação ou retirada) é de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo (24 horas).

Esclarecemos ainda os seguintes pontos:

PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5: Podemos entender que será considerado equipamento com pressão de saída a partir desse valor?

- Sim

NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO MÁXIMO: 45 A 50 DECIBÉIS: O nível de ruído típico será considerado com o funcionamento normal do equipamento, sem considerar o acionamento do alarme?

- Sim, quando o equipamento estiver em funcionamento.

Certos de podermos contar com a vossa colaboração aproveitamos para apresentar-lhe protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Marcia Galhego Garcia


Diretora de Atenção Básica e Especialidades


Cassia Rita Santana Celestino

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Diretoria de Materiais

Certifico que recebi este expediente na
Diretoria de Materiais às 19 : 30 h
do dia 22 / 09 / 23.


Servidor Responsável