



SESPAB-ETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

R. Mário de Souza Campos, 395 - Centro - cep. 16200-110 -

Birigui, 27 de maio de 2014,



A
Pregoeira Oficial
Srª Bernadete Ferrette Fávero Zen

Ref.: Edital Nº 49/2014

Pregão Presencial Nº 21/2014

Objeto : **Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de análise de água conforme Portaria Nº 2.914, de 12.12.11, do MS para o período de 12 (doze) meses.**

Nós, membros da equipe técnica, responsáveis pela análise da documentação exigida através dos Itens 7.12.4.1, 7.12.4.2, 7.12.4.2.1, 7.12.4.2.2, 7.12.4.2.3, 7.12.4.2.4, 7.12.4.2.5 e 7.12.4.2.6, citados no Edital acima discriminado, vimos pelo presente apresentar o seguinte parecer, referente à abertura do envelope Documentação de Habilitação, da empresa EcoSystem Preservação do Meio Ambiente Ltda-EPP:

1. No item da qualificação técnica, subitem 7.12.4.2.1, é exigido "declaração de que é detentor de certificado de acreditação junto ao IMETRO na NBR ISO/IEC 17025/2005 e cópia do escopo de acreditação que deverá conter todos os parâmetros previstos na Portaria 2914/11 do MS, exceto as análises de radioatividade".

Análise: No envelope de documentação, a empresa EcoSystem Preservação do Meio Ambiente Ltda-EPP, CNPJ 02.067.846/0001-74, apresentou o escopo contendo todos os parâmetros previstos na referida Portaria, **porém um escopo proposto pela empresa e não já acreditado e atualizado no site www.inmetro.gov.br.**

Através do referido site obtivemos o documento em anexo que indica que a última revisão do escopo foi em 08.10.2012 e analisando-se os parâmetros acreditados nesta data, verificou-se que os parâmetros 1,2 Dicloroeteno (cis + trans), Di (2-etilhexil) ftalato, Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido, Carbendazim + benomil, Carbofurano, Clorpirifós + clorpirifós oxon, Diuron, Glifosato + AMPA, Mancobeze, Metamidofós, Parationa Metilica, Tebuconazol, Terbufós, Ácidos Haloacéticos total, Cloraminas total, Saxitocinas, Gosto, Monoclorobenzeno e Sulfeto de Hidrogênio, ainda não foram acreditados.

2. A empresa apresentou um e-mail, enviado pelo gestor de Acreditação, Victor

Recebido em
28/05/2014
B. F. F.

Victor



SESPAC-ETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-00

R. Mário de Souza Campos, 395 – Centro - cep: 16200-110 -



Tel. 18 3642-6855

Pavlov Miranda (em anexo), através do qual o mesmo informa à licitante que o processo de Reavaliação e Extensão do laboratório EcoSystem Preservação do Meio Ambiente Ltda, **está em fase de análise para recomendação**, pois as não conformidades detectadas durante Reavaliação e Avaliação para Extensão foram consideradas sanadas.

Análise – no e-mail o gestor diz que o processo está ainda em fase de análise e que as não conformidades detectadas durante Reavaliação e Avaliação para Extensão foram consideradas sanadas.

Encaminhamos um e-mail para o mesmo solicitando informações sobre a acreditação dos parâmetros que estavam sendo analisados e não obtivemos resposta.

Em razão dos fatos acima expostos **desclassificamos a licitante EcoSystem Preservação do Meio Ambiente Ltda-EPP, por não conter todos os parâmetros da Portaria Nº 2914, de 12.12.11, do MS, acreditados.**

Atenciosamente,

Marilze Fernandes Sanches
Eng.^a Química
CRQ 04314745

Silvana Sanches F.P. Martins
Farmacêutica Bloquímica
CRF 8 Nº 9.809