



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 56/2017

Anexo - I

Lote 0001 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - O EQUIPAMENTO DEVERÁ INTERPRETAR AUTOMATICAMENTE O TRAÇADO ECG DO PACIENTE E APLICAR MEDIANTE ACIONAMENTO MANUAL, O CHOQUE PARA REVERSÃO DE PARADA CARDÍACA, NOS CASOS DE FIBILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA SEM PULSO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ PROPORCIONAR ONDA BISFÁSICA PARA CHOQUE, AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMPEDÂNCIA PARA USO EM ADULTO OU EM CRIANÇAS, CHOQUE PARA ADULTOS DEVERÁ SE DE, NO MÍNIMO DE 150J, O CHOQUE PARA CRIANÇAS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO DE 50J, BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR BIVOLT DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO OU BATERIA DESCARTÁVEL (PEÇA OU CONJUNTO). A GARANTIA (NO CASO DE BATERIA RECARREGÁVEL) OU A VIDA ÚTIL(NO CASO DE BATERIA DESCARTÁVEL) NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS E EM SENDO BATERIA DESCARTÁVEL DEVERÁ TER CAPACIDADE QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DO APARELHO PARA, NO MÍNIMO, 200 CHOQUES OU 4 HORAS DE TEMPO OPERACIONAL QUANDO NOVA, ALÉM DE INDICADOR DE AVISO DE BATERIA FRACA, O QUAL DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, 06 CHOQUES OU 10 MINUTOS DE TEMPO DE OPERAÇÃO QUANDO ACIONADO. O PESO DO DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM A BATERIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIM 3,5KG. CADA EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM 30 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS DESCARTÁVEIS DE DESFIBRILAÇÃO OU ELETRODO REUTILIZÁVEL EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA, NO MÍNIMO 30 ATENDIMENTOS, COM O RESPECTIVO GEL PARA UTILIZAÇÃO.O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO, EVENTOS CRÍTICOS E PROCEDIMENTOS REALIZADO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR PARA DAR O AVISO DE INDICAÇÃO DE CHOQUE. DEVERÁ POSSIBILITAR POR MEIO DE PORTA INFRAVERMELHO, CARTÃO DE MEMÓRIA, USB OU BLUETOOTH, CONEXÃO QUE ATENDA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU VERSÃO POSTERIOR, PARA ACESSO DOS DADOS DA MEMÓRIA, PERMITINDO A LEITURA POSTERIOR DO TRAÇADO DE ECG, PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E DEMAIS DADOS DISPONÍVEIS PARA ARQUIVOS, DEVERÁ SER FORNECIDO HARDWARE E SOFTWARE NECESSÁRIO PARA A TRANSMISSÃO DOS DADOS, AUTO TESTE PERIÓDICO COM AVISO DE BATERIA BAIXA E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, DEVERÁ TER INSTRUÇÃO DE VOZ EM PORTUGUÊS DO BRASIL, POSSUIR AUTO-FALANTES INTERNOS, SINAIS SONOROS E BOTÃO DE CHOQUE COM INDICADOR LUMINOSO, DEVERÁ POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IGUAL OU SUPERIOR DE IP 54, COMPROVADO POR ENTIDADE CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO, DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE CARGA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE DE, NO MÍNIMO DOZE SEGUNDOS, PARA ENERGIA MÁXIMA COM UMA BATERIA NOVA TOTALMENTE CARREGADA, MANUAL DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL, ENTREGUE COM BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFRIBILADOR DEVERA SER CONFECCIONADA NO MÍNIMO EM CORDURA 300, NYLON 420 OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, TER COMPARTIMENTO INTERNO PARA ACESSÓRIO EM MÓDULO COMPACTO, EXCETO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM EM SUA PRÓPRIA ESTRUTURA, COMPARTIMENTO PARA REFERIDOS ACESSÓRIOS, SER RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, ALÇA DE OMBRO COM AJUSTE DE TAMANHO E ALÇA PARA TRANSPORTE MANUAL, A QUAL PODE SER SUPRIDA PELA ALÇA DO PRÓPRIO APARELHO QUANDO ESTA FOR PROJETADA PARA TAL USO EM CONJUNTO COM A BOLSA, O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE, NO MÍNIMO 02 (DOIS)ANOS, VALIDAE ÚTIL DOS ELETRODOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E CONTER INFORMAÇÕES CONFORME ARTIGO 31 DA LEI 8.078/90

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c) Descrição precisa do objeto da presente licitação, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 56/2017

Anexo - I

custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial